



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : Ζαβιδάκη Ιωάννα
ΤΗΛ.: 2813 408809
FAX : 2810 214481

Ηράκλειο 06/06/2017
Αρ. Πρωτ.: 9048
Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 42115

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2017
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια «Καθετήρων Παροχέτευσης» CPV 33141641-5 για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ", για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 81.384,38 € χωρίς Φ.Π.Α. (ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 15:00 μ.μ.	12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 15.00 μμ	Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	81.384,38€ χωρίς Φ.Π.Α (100.916,62 € συμπεριλ/νου Φ.Π.Α.)	
CPV	33141641-5 «Καθετήρων Παροχέτευσης»	

1. Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3. του Ν.2741/1999(ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
5. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
6. του Ν.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
8. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
9. του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
10. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
11. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010».
15. Του Ν. 3846/2010 (Α'66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112^Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».
17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».
17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989/(L395).....της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
19. του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισηςτης εθνικής οικονομίας».
21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
23. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις.
24. του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)»
2. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).
3. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
4. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015»
5. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»
6. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
7. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.

8. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014.
9. Την με αριθμ. 1097/19/22-12-2016 Απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού.
10. Την με αριθμ. 490/13/17-05-2017 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Τους υπ' αριθμ. 631/29-5-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 73ΠΖ469061-ΟΘ3) που αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 444/29-05-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΧΠΥ46906Ο-6Ω9) που αφορά το Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Κάτω των Ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για την προμήθεια «Καθετήρων Παροχέτευσης» CPV 33141641-5 για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ», για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 81.384,38 € χωρίς Φ.Π.Α. (ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΔΕΠΤΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αναφέρεται στα Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης.

2- Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ της περίληψης της διακήρυξης αυτής (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.

(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα).

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 07:30 π.μ.	12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 15:00 μ.μ.	12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 15.00 μμ	18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας :

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Email: zavidaki@venizeleio.gr.

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

- | | |
|---|---------------|
| 6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»..... | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ |
| 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ |
| 6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ |
| 6.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |
| 6.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»..... | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ |
| 6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ |
| 6.7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ |
| 6.8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΥΔ..... | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ |

7. Προθεσμίες Διαγωνισμών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης .

8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.venizeleio.gr>, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφημερίδες:

- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
- ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- ΠΑΤΡΙΣ

9. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός κάτω των Ορίων (Τακτικός) Διαγωνισμός
α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ	42115
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ)	09/06/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	Στις 09 Ιουνίου 2017 <ul style="list-style-type: none"> • ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ • ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ • ΠΑΤΡΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.venizeleio.gr
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ωρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ωρα 15.00 μμ Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός ΝΥΤS: GR431)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Καθετήρες Παροχέτευσης
CPV	33141641-5 «Καθετήρες Παροχέτευσης»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», (Κωδικός NUTS: GR431),
προϋπολογισθείσα ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ 81.384,38 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο οποίος αναλύεται : ΠΑΓΝΗ : 48.430,20 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 32.954,18 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1311
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ	Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	Νόμιμες κρατήσεις
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΔΕΙΓΜΑ	ΝΑΙ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ (ΔΕΙΓΜΑ-ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ) ΑΡΘΡΟ 214 Ν.4412/2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφόρος Κνωσσοῦ - ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Τ.Κ. 71409

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- ΤΙΜΩΝ

ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CPV (33141641-5) ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ									
A/A	α/α τεχν.	Περιγραφή είδους	Τεχνική προδιαγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ (24%)	Αξία με ΦΠΑ
1	α/α 1	Καθετήρας τύπου Foley σιλκόνης με μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 16 Ch	1. Να είναι από σιλκόνη 100% 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας 3. Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια σύνδεσης συμβατά με τα monitor του νοσοκομείου α/α 1	Τεμάχιο	270	11,75	3.172,50	761,40	3.933,90
2	α/α 2	Καθετήρας τύπου Foley σιλκόνης με μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 18 Ch	1. Να είναι από σιλκόνη 100% 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας 3. Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια σύνδεσης συμβατά με τα monitor του νοσοκομείου α/α 2	Τεμάχιο	100	11,75	1.175,00	282,00	1.457,00
3	α/α 3	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 12 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 3	Τεμάχιο	500	0,36	180,00	43,20	223,20
4	α/α 4	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 4	Τεμάχιο	1.730	0,36	622,80	149,47	772,27
5	α/α 5	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 5	Τεμάχιο	3.350	0,36	1.206,00	289,44	1.495,44

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

6	α/α 6	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 6	Τεμάχιο	3.350	0,36	1.206,00	289,44	1.495,44
7	α/α 7	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 20 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 7	Τεμάχιο	3.060	0,36	1.101,60	264,38	1.365,98
8	α/α 8	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 22 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 8	Τεμάχιο	270	0,36	97,20	23,33	120,53
9	α/α 12	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 12	Τεμάχιο	400	1,90	760,00	182,40	942,40
10	α/α 13	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 13	Τεμάχιο	3.000	1,90	5.700,00	1.368,00	7.068,00
11	α/α 14	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 14	Τεμάχιο	1.500	1,90	2.850,00	684,00	3.534,00
12	α/α 15	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 20 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 15	Τεμάχιο	350	1,90	665,00	159,60	824,60

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

13	α/α 19	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλκόνης με άκρο τύπου Tiemann, διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 19	Τεμάχιο	130	1,19	154,70	37,13	191,83
14	α/α 20	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλκόνης με άκρο τύπου Tiemann, διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 20	Τεμάχιο	330	1,09	359,70	86,33	446,03
15	α/α 21	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλκόνης με άκρο τύπου Tiemann, διαμέτρου 20 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 21	Τεμάχιο	170	1,45	246,50	59,16	305,66
16	α/α 22	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 8 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλκόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 22	Τεμάχιο	50	3,50	175,00	42,00	217,00
17	α/α 25	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλκόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 25	Τεμάχιο	1.000	0,80	800,00	192,00	992,00
18	α/α 26	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλκόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 26	Τεμάχιο	1.000	0,80	800,00	192,00	992,00
19	α/α 27	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλκόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 27	Τεμάχιο	1.000	0,80	800,00	192,00	992,00
20	α/α 28	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλκόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 20 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλκόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml α/α 28	Τεμάχιο	165	2,64	435,60	104,54	540,14

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

21	α/α 32	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 18 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων α/α 32	Τεμάχιο	150	6,90	1.035,00	248,40	1.283,40
22	α/α 33	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 20 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων α/α 33	Τεμάχιο	175	6,90	1.207,50	289,80	1.497,30
23	α/α 34	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 22 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων α/α 34	Τεμάχιο	75	6,90	517,50	124,20	641,70
24	α/α 37	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 20 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων α/α 37	Τεμάχιο	155	13,00	2.015,00	483,60	2.498,60

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

25	α/α 38	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 22 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 38	Τεμάχιο	105	13,00	1.365,00	327,60	1.692,60
26	α/α 41	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλκόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 20 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλκόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 41	Τεμάχιο	5	6,90	34,50	8,28	42,78
27	α/α 42	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλκόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 22 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλκόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/ 42	Τεμάχιο	5	6,90	34,50	8,28	42,78
28	α/α 49	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 18 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροη εισόδου των πλύσεων α/α 49	Τεμάχιο	80	0,4789	38,31	9,19	47,51

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

29	α/α 50	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 20 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων α/α 50	Τεμάχιο	150	0,4790	71,85	17,24	89,09
30	α/α 51	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 22 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων α/α 51	Τεμάχιο	200	0,54	108,00	25,92	133,92
31	α/α 56	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 08 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές σπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 56	Τεμάχιο	1.450	0,098	142,10	34,10	176,20
32	α/α 57	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 10 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές σπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 57	Τεμάχιο	2.950	0,098	289,10	69,38	358,48
33	α/α 58	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 12 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές σπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 58	Τεμάχιο	4.595	0,098	450,31	108,07	558,38

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

34	α/α 59	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 14 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 59	Τεμάχιο	6.025	0,098	590,45	141,71	732,16
35	α/α 60	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 16 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 60	Τεμάχιο	5.745	0,098	563,01	135,12	698,13
36	α/α 61	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 18 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 61	Τεμάχιο	1.020	0,098	99,96	23,99	123,95
37	α/α 62	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 20 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 62	Τεμάχιο	190	0,098	18,62	4,47	23,09

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

38	α/α 64	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 08 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 64	Τεμάχιο	1.000	0,182	182,00	43,68	225,68
39	α/α 65	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 10 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 65	Τεμάχιο	3.850	0,182	700,70	168,17	868,87
40	α/α 66	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 12 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 66	Τεμάχιο	3.090	0,233	719,97	172,79	892,76
41	α/α 67	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 14 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 67	Τεμάχιο	2.555	0,182	465,01	111,60	576,61

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

42	α/α 68	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 16 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 68	Τεμάχιο	310	0,233	72,23	17,34	89,57
43	α/α 69	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 18 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 69	Τεμάχιο	500	0,245	122,50	29,40	151,90
44	α/α 70	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 20 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιέτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής. α/α 70	Τεμάχιο	500	0,245	122,50	29,40	151,90
45	α/α 78	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλκόνη, διαμέτρου 10 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλκόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου rig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ασάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτική κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο α/α 78	Τεμάχιο	15	24,000	360,00	86,40	446,40

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

46	α/α 79	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλκόνη με άκρου τύπου pig-tail, διαμέτρου 12 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλκόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο α/ 79	Τεμάχιο	60	21,84	1.310,40	314,50	1.624,90
47	α/α 82	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) α/α 82	Τεμάχιο	50	24,00	1.200,00	288,00	1.488,00
48	α/α 83	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) α/α 83	Τεμάχιο	20	43,00	860,00	206,40	1.066,40

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

49	α/α 84	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες) α/ 84	Τεμάχιο	114	43,00	4.902,00	1.176,48	6.078,48
50	α/α 101	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του . (12 μήνες) α/ 101	Τεμάχιο	160	48,00	7.680,00	1.843,20	9.523,20
51	α/α 114	Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 4,8 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκίερος για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά α/α 114	Τεμάχιο	40	4,95	198,00	47,52	245,52
52	α/α 128	Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Flexima	Σετ καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας από ειδικό πολυμερές υλικό (C-flex ή Flexima), με άκρο τύπου rigtail (8 έως 10 Fr και μήκος 25 ή 30cm). Το σετ διαθέτει τον καθετήρα, βελόνα trocar 19G ή ηχογενή βελόνα με στυλεό 18G ή 21 G, θηκάρι PTFE 5Fr, 0.038 PTFE οδηγό σύρμα μήκους 150cm, σωλήνα σύνδεσης, νυστέρι και διαστολείς 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12 Fr. α/α 128	Τεμάχιο	110	100,00	11.000,00	2.640,00	13.640,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

53	α/α 129	Σετ αντικατάστασης νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Flexima	Σετ αντικατάστασης καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας άκρου τύπου pigtail από υλικό Flexima. Το σετ διαθέτει τον καθετήρα 8,3 ή 10 Fr μήκους 25cm, οδηγό σύρμα 0.38" και μήκους 80cm και σωλήνα σύνδεσης παροχέτευσης α/α 129	Τεμάχιο	5	47,15	235,75	56,58	292,33
54	α/α 130	Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Vortek	Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας με καθετήρα J, μονής θηλειάς, αποστειρωμένο. Το σετ να περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης Chiba 18G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατό στους υπέρηχους, βελόνα για έγχυση σκιαγραφικού υγρού Chiba 22G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατή στους υπέρηχους, οδηγό σύρμα Seldinger PTFE 0.038", με άκρο J, σετ διαστολέων, καθετήρα με άκρο J από υλικό Vortek, διαβαθμισμένο ανά εκατοστό και ανά 5 εκατοστά για να παρακολουθείται με ακρίβεια η τοποθέτηση του. Ο καθετήρας διαθέτει μεταλλικό στυλεό ευθείασης για εύκολη εισαγωγή. Ο στυλεός ευθείασης να διαθέτει εσωτερικό νάιλον κορδόνι και luer σύνδεση για πλήρη ευθείασή του. Μήκος καθετήρα 35cm. Επίσης, να περιλαμβάνει συνδετικό luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής, προέκταση 25cm με περιστρεφόμενο luer lock από PVC, ειδικό εξάρτημα στερέωσης στο δέρμα. Να προσφέρεται σε διαμέτρους 8,10,12 και 14 ch α/ 130	Τεμάχιο	64	96,00	6.144,00	1.474,56	7.618,56

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

55	α/α 180	Σετ αλλαγής νεφροστομίας με καθετήρα pigtail	<p>Το σετ νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από:</p> <p>α)Καθετήρα pigtail νεφροστομίας με ειδική επικάλυψη (από φωσφοριλοχολίνη) με υδρόφιλα χαρακτηριστικά , με δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για να εγγυάται την μακρά παραμονή του καθετήρα στον ασθενή χωρίς τον κίνδυνο επικρούστωσης ή μικροβίων ,με σύνδεση Luer Lock και ενσωματωμένο 3 way stop cock.Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρει οπές στο άκρο και να έχει μήκος από 24cm έως 34cm και διάμετρο 6-12Fr</p> <p>β)Οδηγό σύρμα Lunderquist ευθύ με επικάλυψη PTFE διαμέτρου 0,035" και μήκος 80cm,με εύκαμπτο άκρο 1,5mm</p> <p>γ)2 διαστολείς ακτινοσκοπερούς</p> <p>δ)συνδετικό Luer αρσενικό με μικρή διάμετρο μήκους 10cm</p> <p>Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών. α/α 180</p>	Τεμάχιο	38	79,50	3.021,00	725,04	3.746,04
----	------------	--	--	---------	----	-------	----------	--------	----------

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2017

		<p>Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας</p>	<p>Το σετ διαδερμικής νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω: 1)Καθετήρα rigtail με ειδική επικάλυψη (από φωσφοριλοχολίνη) με υδρόφιλα χαρακτηριστικά , με δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για να εγγυάται την μακρά παραμονή του καθετήρα στον ασθενή χωρίς τον κίνδυνο επικρούστωσης ή μικροβίων. Ο καθετήρας θα πρέπει στην μία άκρη του να είναι rig-tail και στην άλλη να διαθέτει σύνδεση Luer Lock για την ασφαλή σύνδεσή του με τον μηχανισμό διόδου ακτινοσκιερου υλικού. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει one way stop cock για την ρύθμιση της ροής των ούρων. Ο καθετήρας θα πρέπει να προσφέρεται στα μεγέθη από 6ft έως 12ft και σε μήκος 24cm έως 34cm 2)Βελόνα δύο μερών από ιατρικό ατσάλι με ακτινοσκιερή διαβάθμιση στο άκρο της και διάμετρο 18GA με μήκος 19,5cm 3)οδηγό σύρμα Lunderquist με επικάλυψη PTFE διαμέτρου 0,035'', μήκους 80cm και με ατραυματικό άκρο J 4)2-3 Διαστολείς ακτινοσκιεροί 5)Συνδετικό με άκρη Luer Lock για σύνδεση με τον ουρολογικό σάκκο Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών. α/α 181</p>	<p>Τεμάχιο</p>	<p>110</p>	<p>100,00</p>	<p>11.000,00</p>	<p>2.640,00</p>	<p>13.640,00</p>
						<p>ΣΥΝΟΛΑ:</p>	<p>81.384,37</p>	<p>19.532,25</p>	<p>100.916,62</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

- (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
- (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 93, και τη παρ. 2, αρ. 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. **Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1.2. της παρούσας διακήρυξης.**

1.2.1.1.2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (διατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ) στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

- **δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,**
- **πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την παρ. 1α) και 2 του άρθρου 75.**

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών :

- **Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

B: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

- **Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

- **Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

A: Καταλληλότητα

- **Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

1.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει την δική του υπεύθυνη δήλωση, μαζί με χωριστή υπεύθυνη δήλωση, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στην υπεύθυνη δήλωση.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

- α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
- β) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε
- γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

1.2.1.1.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.2.1.1.5. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι το «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΣΤ' της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται.

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά

πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).

1.2.1.2.2. Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασισμένα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :

1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιμές

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

II. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην οικονομική προσφορά ,θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή ,η τιμή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών.

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάσταση

της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

III. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

IV. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

-Οτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη.

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

-Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητας.

V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.

Σημειώνονται τα ακόλουθα :

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2. Σύγκριση τιμών

1.2.2.2.1. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία κ.λ.π) οι προμηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

- α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
- β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
- γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν. 4412/2016.
2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.6. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.7. Επισημαίνονται τα παρακάτω:

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

- **Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016.

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δίξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενόπιον του διαδικασίας, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης
 - Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.
 - Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
 - Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 18 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην παραγράφο 5.1. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

5.1.1. Φυσικά πρόσωπα :

5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Σημειώνεται ότι:

- η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
- σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του.

5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α.

5.1.2. Τα νομικά πρόσωπα:

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

5.1.3. Οι συνεταιρισμοί :

5.1.3.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1.

5.1.3.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.1.1.2, 5.1.1.3 και 5.1.1.4 της παραγράφου 5.1.1, και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2.

5.1.3.3.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

5.1.4.Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Σημειώνεται ότι :

- Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
- Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5FF.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν.

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Διαφορές που αναφέρονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν.4412/2016

Ματαιώση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

9.1.2. Εγγύηση Συμμετοχής

1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την Δ/ση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτημα Α'.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., **ήτοι 1.628,00 €**.

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

- α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
- β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
- γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεδμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

9.1.3.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης

9.1.3.4. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :

α) Η ημερομηνία έκδοσης.

β) Ο εκδότης.

γ) Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ»

δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι :

- ο Αριθμός της Διακήρυξης
- η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.
- η ημερομηνία της Διακήρυξης.

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής).

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόμενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας μέχρι επιστροφής της.

ι) Οι όροι ότι:

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.

ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ιγ) σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' της παρούσας πρόσκλησης το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή .

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

11. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται .

2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

3. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον

Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
 Ημερομηνία έκδοσης :
 Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού τωνευρώ και ολογράφως υπέρ της εταιρείας..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της/...../....., για την ανάδειξη προμηθευτή, της με αριθμ./2016 διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις/...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός -αριθμός TK fax).....

Ημερομηνία Έκδοσης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.

ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)

..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.....δ/ση.....

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας(αρ.διακ/ξης...../.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1	Καθετήρας τύπου Foley σιλικόνης με μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 16 Ch	1. Να είναι από σιλικόνη 100% 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας 3. Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια σύνδεσης συμβατά με τα monitor του νοσοκομείου
2	Καθετήρας τύπου Foley σιλικόνης με μετρητή θερμοκρασίας Μέγεθος 18 Ch	1. Να είναι από σιλικόνη 100% 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας 3. Να είναι αποστειρωμένος 4. Να φέρει καλώδια σύνδεσης συμβατά με τα monitor του νοσοκομείου
3	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 12 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
4	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
5	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
6	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
7	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 20 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
8	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 22 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml

9	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 24 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
10	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 26 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
11	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 12 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
12	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
13	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
14	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
15	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 20 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
16	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 22 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
17	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 24 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
18	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (Hydrogel) κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 26 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml

19	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης με άκρο τύπου Tiemann, διαμέτρου 16 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
20	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης με άκρο τύπου Tiemann, διαμέτρου 18 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
21	Καθετήρας τύπου foley 2 way Latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης με άκρο τύπου Tiemann, διαμέτρου 20 Ch και μήκους 40 cm περίπου	Να είναι από βιοσυμβατό υλικό και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
22	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 8 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
23	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 10 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
24	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 12 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
25	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 14 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
26	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 16 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
27	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 18 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
28	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 20 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
29	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 22 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
30	Καθετήρας τύπου τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 24 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml
31	Καθετήρας τύπου foley 2 way 100% σιλικόνης κυλινδρικού άκρου, διαμέτρου 26 Ch και μήκος 40 cm περίπου	Να είναι από 100 % σιλικόνη και να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας έως και 30 ml

32	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 18 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
33	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 20 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
34	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 22 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
35	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 24 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
36	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 18 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
37	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 20 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων

38	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 22 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
39	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από Latex με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 24 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από latex, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
40	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 18 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
41	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 20 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
42	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 22 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
43	Καθετήρας τύπου Couvelair 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 24 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίπτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μέγιστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων

44	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 18 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
45	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 20 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
46	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 22 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
47	Καθετήρας τύπου Dufour 3 way από 100% σιλικόνη με μεταλλική ενίσχυση διαμέτρου 24 CH	Να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, να φέρουν στο εσωτερικό του τοιχώματος τους μεταλλικό έλασμα για να μην συμπίτουν τα τοιχώματα τους και να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 80-100 cc. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
48	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 16 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
49	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 18 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
50	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 20 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων

51	Καθετήρας τύπου foley 3 way από Latex διαμέτρου 22 Ch χωρίς μεταλλική ενίσχυση	Να είναι κατασκευασμένοι από Latex, να φέρουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα έως και 30 - 40 ml. Κατά την μεγίστη πλήρωση του υδροθαλάμου να μην επηρεάζεται η ροή εισόδου των πλύσεων
52	Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη με υποαλλεργικό κολλητικό και διαστ. 25 mm περίπου	Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη
53	Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη με υποαλλεργικό κολλητικό και διαστ. 30 mm περίπου	Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη
54	Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη και διαστ. 35 mm περίπου	Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη
55	Καθετήρας εξωτερικός αυτοκόλλητος από σιλικόνη με υποαλλεργικό κολλητικό και διαστ. 40 mm περίπου	Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας για να μην τσαλακώνει . Δυνατότητα εφαρμογής από άτομα που φορούν γάντια και εφαρμογής σε ουροσυλλέκτη
56	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 08 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιπτούν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
57	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 10 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιπτούν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
58	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 12 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιπτούν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
59	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 14 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιπτούν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.

60	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 16 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
61	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 18 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
62	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 20 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
63	Καθετήρας τύπου Nelaton από διαφανές PVC, διαμέτρου 22 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
64	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 08 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
65	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 10 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
66	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 12 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.

67	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 14 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
68	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 16 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
69	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 18 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
70	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 20 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
71	Καθετήρας τύπου Tiemann από διαφανές PVC, διαμέτρου 22 Ch	Να είναι από διαφανές pvc, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπιπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με ευρείες πλευρικές οπές, για καλή παροχέτευση. Η αφαίρεση τους από τη θήκη να είναι ευχερής.
72	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με υδροθάλαμο, διαμέτρου 08 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτική κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο

73	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με υδροθάλαμο, διαμέτρου 10 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
74	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με υδροθάλαμο, διαμέτρου 12 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
75	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με υδροθάλαμο, διαμέτρου 14 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
76	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη κυλινδρικού άκρου με υδροθάλαμο, διαμέτρου 16 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο υδροθάλαμο στήριξης. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
77	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, διαμέτρου 08 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο

78	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, διαμέτρου 10 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
79	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, διαμέτρου 12 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
80	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, διαμέτρου 14 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
81	Σετ υπερηβικής παρακέντησης από 100% σιλικόνη με άκρου τύπου pig-tail, διαμέτρου 16 Ch	Σετ υπερηβικού καθετήρα από 100% σιλικόνη. Ο καθετήρας να είναι 2 way ανοικτού άκρου τύπου pig-tail. Το σετ να περιλαμβάνει: α)νυστέρι. β)βελόνα κυστεοτομίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόμενη κατά μήκος σε δυο τμήματα για την απομάκρυνση της μετά την εφαρμογή του καθετήρα, γ)ουροσυλλεκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο
82	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig-tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

83	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιερός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
84	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιερός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
85	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιερός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
86	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιερός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
87	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιερός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

88	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
89	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
90	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

91	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
92	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
93	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail με προσυνδεδεμένο προωθητή, μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - κλειστού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό και το άλλο να συνδέεται με προωθητή για την αποφυγή ακούσιας αφαίρεσης του καθετήρα από το σύρμα. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
94	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 4,5-4.8 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

95	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 4,5-4.8 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
96	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
97	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 6 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
98	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
99	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μέσης παραμονής (3 μήνες) ανοικτού - ανοικτού άκρου διαμέτρου 7 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail από πολυουρεθάνη. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail και να είναι ανοικτά. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

100	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιερός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του. (12 μήνες)
101	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 6 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιερός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του . (12 μήνες)
102	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 7 Ch και μήκους 26 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιερός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 μήνες)
103	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 4.8 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπιερός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 μήνες)

104	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 6 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 μήνες)
105	Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες τύπου Pig-tail μακράς παραμονής (12 μήνες) διαμέτρου 7 Ch και μήκους 28 cm	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου pig- tail. Τα δυο άκρα του καθετήρα να είναι τύπου pig-tail το ένα κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός και να υπάρχουν έγγραφα του εργοστασίου που να αποδεικνύουν και να πιστοποιούν την δυνατότητα μακράς παραμονής του (12 μήνες)
106	Ουρητηρικά Stent τύπου Μονο-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 4.8 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Μονο-J από πολυοθρεθάνη .Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
107	Ουρητηρικά Stent τύπου Μονο-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 6 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Μονο-J από πολυουρεθάνη .Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου pig- tail κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκίερος τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

108	Ουρητηρικά Stent τύπου Μονο-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 7 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Μονο-J. από πολυουρεθάνη. Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου rig- tail κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
109	Ουρητηρικά Stent τύπου Μονο-J ανοικτού - κλειστού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 8 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Μονο-J. από πολυουρεθάνη. Το ένα άκρο του καθετήρα να είναι τύπου rig- tail κλειστό. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
110	Ουρητηρικά Stent τύπου Μονο-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 4.8 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Μονο-J. από πολυουρεθάνη. Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των οποίων το ένα τύπου rig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
111	Ουρητηρικά Stent τύπου Μονο-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 6 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Μονο-J. από πολυουρεθάνη. Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των οποίων το ένα τύπου rig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές οπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)

112	Ουρητηρικά Stent τύπου Μονο-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 7 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Μονο-J από πολυουρεθάνη. Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές σπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
113	Ουρητηρικά Stent τύπου Μονο-J ανοικτού - ανοικτού άκρου μέσης παραμονής (3 μήνες) διαμέτρου 8 CH	Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Μονο-J από πολυουρεθάνη. Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των οποίων το ένα τύπου pig- tail. Ο καθετήρας να διαθέτει πλευρικές σπές σε όλο του το μήκος και διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες)
114	Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 4,8 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
115	Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 6 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
116	Ουρητηρικοί καθετήρες με κυλινδρικό άκρο διαμέτρου 7 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
117	Ουρητηρικοί καθετήρες με άκρο τύπου ελαίας διαμέτρου 4,8 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
118	Ουρητηρικοί καθετήρες με άκρο τύπου ελαίας διαμέτρου 6 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά

119	Ουρητηρικοί καθετήρες με άκρο τύπου ελαίας διαμέτρου 7 Ch	Σετ τοποθέτησης ουρητηρικού καθετήρα. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός για έλεγχο της θέσης του και να έχει μήκος περίπου 70 εκατοστά
120	Αγγειογραφικός Καθετήρας τύπου Cobra	Αγγειογραφικός Καθετήρας τύπου Cobra 5F χωρίς πλευρικές οπές για τη διευκόλυνση της εισόδου του οδηγού σύρματος μέσα στον ουρητήρα κατά την εκτέλεση διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας.
121	Σετ ορού για την αντλία εκχυσής ουροδυναμικής	Σετ ορού για την αντλία εκχυσής ουροδυναμικής για μηχανήμα ΚΩΔ. MMS OBS 275/C
122	Ουρολογικό οδηγό σύρμα υδρόφιλο	Υδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα με υδρόφιλη επικάλυψη , με πυρήνα νιτινόλης και κάλυμμα από πολυουρεθάνη που του παρέχει ταυτόχρονα εξαιρετικό έλεγχο της ικανότητας περιστροφής του σύρματος (1:1 torque response), αποκλείει το τσάκισμα του σύρματος (kink-resistance) και του προσδίδει εξαιρετική ακτινοσκοπιότητα. Το σύρμα να διαθέτει άκρο 30 mm που μειώνεται σταδιακά, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη και επιτυχής προώθησή του σε δύσκολες ανατομίες. Διάμετροι 0.038in, ευθύ, μήκος 150cm και σκληρότητας standard & stiff.
123	Σετ ουρητηρικής ενδοπρόθεσης διπλού rigtail από υλικό Percuflex	Σετ ουρητηρικής ενδοπρόθεσης διπλού rigtail, ανοικτού άκρου, για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, από ειδικό πολυμερές υλικό Percuflex και υδρόφιλη επικάλυψη, μακράς διάρκειας παραμονής 9-12 μήνες. Με πλαϊνές οπές καθόλο το μήκος του καθετήρα και νήμα μετακίνησης/αφαίρεσης. Το σετ διαθέτει το stent, τον προωθητή, 0.38 ή 0.35 PTFE οδηγό σύρμα και 6 Fr ουρητηρικό καθετήρα. Διάμετροι stents:4.8-6-7-8 Fr,μήκη: 10-30cm
124	Βελόνα και στυλεός TROCAR	Βελόνα TROCAR 18g, μήκους 20cm, 2 τμημάτων (βελόνα και στυλεός TROCAR) με έντονα ηχογενές άκρο τύπου ECHOTIP, κατάλληλη για διαδερμική νεφροστομία.

125	Λαβίδα σύλληψης λίθων άκαμπτη για χρήση μέσω νεφροσκοπίου κατά την διάρκεια διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας	Λαβίδα σύλληψης λίθων άκαμπτη για χρήση μέσω νεφροσκοπίου, καταλήγουσα σε Καλάθι -Basket διαδερμικής αφαίρεσης λίθων κατά την διάρκεια διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας, με θηκάρι διαμέτρου 10 ή 12fr, μήκους 38cm, με ατραυματικό tipless άκρο για την αποφυγή τραυματισμού ή διάτρησης του ιστού κατά την σύλληψη του λίθου, 4 συρμάτων από Nitinol. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παίρνει το σχήμα του κάλυκα παγιδεύοντας τον λίθο ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή για χειρισμό ενός χεριού, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί.
126	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, 4 συρμάτων	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου basket 4 συρμάτων. Να διαθέττει τέσσερα συρμάτα από Nitinol με μηδενικό tip και εργονομική λαβή. Να διατίθεται με θηκάρι περίπου 1.9, 2.4 και 3.0Fr, σε μήκος περίπου 90 και 120cm και με διάμετρο basket περίπου 12mm και 16mm. Ιδανικό στη χρήση εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων ή διαδικασιών PCNL.
127	Θηκάρι εισαγωγής στον ουρητήρα	Θηκάρι εισαγωγής, εσωτερικής διαμέτρου 12 ή 14 fr, μήκους 13, 20, 24, 28, 35, 38, 45, 46 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπίεσεις. Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας κανάλι εργασίας που επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων - οργάνων (πχ κατά την αφαίρεση λίθων) ενώ προστατεύει τα εργαλεία από φθορές. Προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα, ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού

128	Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Flexima	Σετ καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας από ειδικό πολυμερές υλικό (C-flex ή Flexima), με άκρο τύπου pigtail (8 έως 10 Fr και μήκος 25 ή 30cm). Το σετ διαθέτει τον καθετήρα, βελόνα trocar 19G ή ηχογενή βελόνα με στυλεό 18G ή 21 G, θηκάρι PTFE 5Fr, 0.038 PTFE οδηγό σύρμα μήκους 150cm, σωλήνα σύνδεσης, νυστέρι και διαστολείς 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12 Fr.
129	Σετ αντικατάστασης νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Flexima	Σετ αντικατάστασης καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας άκρου τύπου pigtail από υλικό Flexima. Το σετ διαθέτει τον καθετήρα 8,3 ή 10 Fr μήκους 25cm, οδηγό σύρμα 0.38'' και μήκους 80cm και σωλήνα σύνδεσης παροχέτευσης
130	Σετ νεφροστομίας σχεδιασμού Pigtail, από υλικό Vortek	Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας με καθετήρα J, μονής θηλειάς, αποστειρωμένο. Το σετ να περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης Chiba 18G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατό στους υπέρηχους, βελόνα για έγχυση σκιαγραφικού υγρού Chiba 22G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατή στους υπέρηχους, οδηγό σύρμα Seldinger PTFE 0.038", με άκρο J, σετ διαστολέων, καθετήρα με άκρο J από υλικό Vortek, διαβαθμισμένο ανά εκατοστό και ανά 5 εκατοστά για να παρακολουθείται με ακρίβεια η τοποθέτηση του. Ο καθετήρας διαθέτει μεταλλικό στυλεό ευθείασης για εύκολη εισαγωγή. Ο στυλεός ευθείασης να διαθέτει εσωτερικό νάιλον κορδόνι και luer σύνδεση για πλήρη ευθείασή του. Μήκος καθετήρα 35cm. Επίσης, να περιλαμβάνει συνδετικό luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής, προέκταση 25cm με περιστρεφόμενο luer lock από PVC, ειδικό εξάρτημα στερέωσης στο δέρμα. Να προσφέρεται σε διαμέτρους 8,10,12 και 14 ch
131	Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού.	Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού. Το σετ διαθέτει τον καθετήρα, διαμέτρου 8.7 ή 11.3 mm, μέγεθος 5 ή 7Fr, μια βαλβίδα δύο δρόμων και σύριγγα 1cc
132	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου τρίποδα	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου τρίποδα. Να παρέχει την επιλογή συλληπτικών prongs (ειδικός σχεδιασμός, που εξασφαλίζει τον επιτυχή εγκλωβισμό των λίθων) και να διαθέττει εργονομική αποσπώμενη λαβή. Να διατίθεται με θηκάρι 2.4 η 3.0 Fr, σε μήκος 90 και 120cm.

133	Καθετήρας με ειδικό σπείραμα (coil) στην άκρη του κατάλληλο για την αποτροπή μετακίνησης λίθων	Καθετήρας basket από Nitinol, laser resistant, με ειδικό σπείραμα (coil) στην άκρη του κατάλληλο για την αποτροπή μετακίνησης λίθων κατά την λιθοτριψία και για την αφαίρεση πολλαπλών λίθων περιστρεφόμενο 360 μοίρες. Διάμετρος coil 7mm και 10 mm ή 18 mm, θηκάρι 3Fr, μήκος εργασίας 115cm με εργονομική λαβή.
134	Υπερδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου HIWIRE™	Οδηγό-Σύρμα τύπου HIWIRE™, διαμέτρου 0.025, 0.035 ή 0.038", μήκους 150cm, εύκαμπτο, ελαστικό και εύκολα καθοδηγούμενο, απλό ή stiff, με πυρήνα από Nitinol για να μην τσακίζει, υπερυδρόφιλη επικάλυψη ειδικού τύπου και ακτινοσκοιό εύκαμπτο άκρο 30mm, κωνικό ευθύ ή κεκαμμένο. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθοδηγείται εύκολα και στον πλέον συστραμμένο και δυσκολοδιάβατο ουρητήρα με απόλυτη ταύτιση στροφής χεριού-σύρματος 1:1 (torque control) ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να συνοδεύεται από θήκη και ειδικό ρύγχος ενεργοποίησης της υπερυδρόφιλης επικάλυψης
135	Υπερδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου HIWIRE™	Υπερδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου Terumo
136	Υπερδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου ROADRUNNER	Οδηγό-Σύρμα τύπου ROADRUNNER, διαμέτρου 0.035" ή 0.038", μήκους 145cm με ενδείξεις βάθους ανά 5cm, με πυρήνα από Nitinol για να μην τσακίζει, υδρόφιλη επικάλυψη ειδικού τύπου AQ® .Το σύρμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα δύο άκρα του.Τα άκρα να είναι ακτινοσκοιό και εύκαμπτα σε μήκος 50mm το ένα υδρόφιλο όπως και το σώμα του σύρματος με ακτινοσκοιό άκρο από πλατίνα και το άλλο μη υδρόφιλο και πιο σκληρό. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθοδηγείται εύκολα ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να συνοδεύεται από θήκη, ειδικό ρύγχος ενεργοποίησης της υδρόφιλης επικάλυψης και χειρολαβή τύπου OLCOTT TORQUE DEVICE για να μη γλυστρά το σύρμα κατά τον χειρισμό του.

137	Ουρολογικό οδηγό σύρμα τύπου AMPLATZ εξαιρετικά ισχυρό	Οδηγό Σύρμα ευθύ extra stiff ή Ultra stiff τύπου AMPLATZ , διαμέτρου 0.025 , 0.035 ή 0.038", μήκους περίπου 145cm, με επικάλυψη Teflon και εύκαμπτο άκρο σταδιακά μειούμενης σκληρότητας 50 - 90 mm. Να διατίθεται και σε τύπο με δυνατότητα χρήσης και από τις δύο πλευρές
138	Ουρολογικό οδηγό Σύρμα με επικάλυψη Teflon	Οδηγό Σύρμα ευθύ τύπου Lunderquist , διαμέτρου 0.035 ή 0.038", μήκους 145cm, με επικάλυψη Teflon και εύκαμπτο άκρο ευθύ ή κεκαμμένο σταδιακά μειούμενης σκληρότητας με μήκη 30 ή 50 mm.
139	Ίνες laser λιθοτριψίας 230μm	Ίνες laser λιθοτριψίας για χρήση με Storz Calculase II 230 μm, πολλαπλής χρήσης, μήκους 300 cm πακέτο των 6
140	Ίνες laser λιθοτριψίας 365μm	Ίνες laser λιθοτριψίας για χρήση με Storz Clculase II 365 μm, πολλαπλής χρήσης, μήκους 300 cm πακέτο των 6
141	Ανδρικός καθετήρας nelaton για διαλείποντα καθετηριασμό	Έτοιμος λιπασμένος, συσκευασμένος σε ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού ή με συσκευασία που περιέχει νερό και PVP ή σιλικόνη. Από πολυουρεθάνη μήκους 40 cm. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμά του, να έχει σταθερά συνδεδεμένη και ομοιογενή λίπανση και τα μάτια του καθετήρα να είναι λειασμένα, μαλακά και λιπασμένα για ατραυματική χρήση. Nelaton, CH 8-18
142	Υδρόφιλος καθετήρας για ενδοκυστικές εκχύσεις μιας χρήσης.	Υδρόφιλοι, αυτολιπαινόμενοι καθετήρας για ενδοκυστικές εκχύσεις μιας χρήσης, κατασκευασμένοι από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό, πολυμερές υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για ιατρική χρήση, χωρίς PVC, φθαλικές ενώσεις και λάτεξ. Με την προσθήκη αποστειρωμένου νερού ή ορού, η επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής, ισότονη προς τα ούρα προσδίδοντας ισορροπημένη οσμωτικότητα για την αποφυγή τραυματισμού και επιπλοκών. Να έχουν λείες και ατραυματικές οπές, λείο και ατραυματικό άκρο. Οι καθετήρες να διατίθενται σε μεγέθη ch08-ch18 (nelaton και tiemann), να φέρουν Luer-lock σύνδεση για μέγιστη ασφάλεια, χωρίς διαρροή του φαρμάκου κατά την έγχυση στην ουροδόχο κύστη και να προσφέρονται ως πλήρες set με σύριγγες Luer lock 60cc. Να φέρουν σήμανση CE

143	Υδρόφιλοι καθετήρες μιας χρήσης για την θεραπεία στενώσεων ουρήθρας	Υδρόφιλοι, αυτολιπαινόμενοι καθετήρες για την θεραπεία των στενώσεων της ουρήθρας, μιας χρήσης. Να διατίθενται σε μεγέθη ch016-ch18 και μήκος 40cm. Να είναι κατασκευασμένοι από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό, πολυμερές υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για ιατρική χρήση. Με την προσθήκη νερού ή ορού, η επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής, προσδίδοντας ισορροπημένη οσμωτικότητα για την αποφυγή τραυματισμού και επιπλοκών. Να έχουν λείο, στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο με οπές στο άκρο του. Να φέρουν σήμανση CE
144	Σετ σωληνώσεων αναρρόφησης αντλίας για εκτέλεση δαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας	Σετ σωληνώσεων αντλίας αναρρόφησης της συσκευής λιθοτριψίας υπερήχων KARL STORZ ENDOMAT LC, μιας χρήσεως, αποστειρωμένες, πακέτο των 10
145	Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II	Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία για ουρητηροσκόπηση - νεφροσκόπηση
146	Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II	Αναλωσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία για ρεζεκτοσκόπηση
147	Σετ καθετήρα νεφροστομίας για διαδερμική νεφρολιθοθρυψια	Καθετήρες νεφροστομίας σε σετ αποτελούμενο από: α) Καθετήρα νεφροστομίας με υδρόφιλη επικάλυψη από 100% διαφανή σιλικόνη, 2-way με μπαλόνι 3-5ml, με κυλινδρικό άκρο εξαιρετικά ακτινοσκοπικό, με κεντρικό αυλό και οπές παροχέτευσης εμπρός και πίσω από το μπαλόνι, με διαβάθμιση ανά 1cm και επιπλέον διαβάθμιση ανά 5 cm, μήκους 41cm. Μεγέθη 12-24 Ch και β) Κοίλο οδηγό από ανοξείδωτο χάλυβα
148	Καθετήρας ουρήθρας για ουροδυναμικό έλεγχο	Καθετήρας ουρήθρας 6Fr διπλού αυλού μήκους εργασίας 40- 47cm για μηχανήμα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων
149	Καθετήρας ορθού για ουροδυναμικό έλεγχο	Καθετήρας ορθού 9Fr διπλού αυλού με μπαλόνι πλήρωσης, μήκους εργασίας 40-47cm για μηχανήμα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων
150	Μορφομετατροπέας πίεσης για ουροδυναμικό έλεγχο για μηχανήμα LIFETECH	Μορφομετροπέας πίεσης για μηχανήμα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων
151	Μορφομετατροπέας πίεσης για ουροδυναμικό έλεγχο για μηχανήμα MMS OBS 275/C	Μορφομετροπέας πίεσης για μηχανήμα ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΩΔ. MMS OBS 275/C.

152	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος κόκκινου για ουροδυναμικό έλεγχο. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος κόκκινου για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες
153	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος μπλε για ουροδυναμικό έλεγχο. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος μπλε για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες
154	Ηλεκτρόδια καταμέτρησης ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ουροδυναμικού ελέγχου (EMG)	Σετ επιφανειακών ηλεκτροδίων για EMG για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 τριάδες ηλεκτροδίων με ενσωματωμένο καλώδιο.
155	Σετ σωλήνων για αντλία ουροδυναμικής	Σετ σωλήνων για αντλία ουροδυναμικού συστήματος LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 σωλήνες.
156	Συσκευή αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων πολλαπλών χρήσεων	Συσκευή BackStop Injector πολλαπλών χρήσεων για την πρόληψη μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στους νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία. Η συσκευή για να λειτουργήσει απαιτεί το BackStop Replacement Sleeve πολλαπλών χρήσεων καθώς και τον καθετήρα / σύριγγα έγχυσης μίας χρήσης
157	Ανταλλακτικό συσκευής αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων πολλαπλών χρήσεων	Ανταλλακτικό συσκευής πολλαπλών χρήσεων για την πρόληψη μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στους νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία BackStop Sleeve. Η συσκευή για να λειτουργήσει απαιτεί την συσκευή πολλαπλών χρήσεων BackStop Injector καθώς και τον καθετήρα / σύριγγα έγχυσης μίας χρήσης
158	Καθετήρας αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων μίας χρήσης	Καθετήρας έγχυσης αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στους νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία BackStop Clear Gel. Μετά την πλήρη έγχυση του gel, ο καθετήρας απομακρύνεται και δεν διατίθεται πλέον σύρμα στον ουρητήρα, παρέχοντας έτσι περισσότερο χώρο για laser λιθοτριψία. Ο καθετήρας απαιτεί το BackStop Injector και το BackStop Replacement Sleeve για να λειτουργήσει
159	Καθετήρας basket αφαίρεσης λίθων	Καθετήρας basket αφαίρεσης λίθων, συνδυασμού μπασκέτας και λαβίδας από Nitinol με εργονομική αποσπώμενη λαβή. Θηκάρι 2.6 και 3.2Fr, μήκος 90 και 120cm, με 8 ή 10mm άνοιγμα.

160	Καλάθι αφαίρεσης λίθων, τύπου basket	Καλάθι αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, με τρία σύρματα για χρήση με ακτίνες laser. Θηκάρι 1.3Fr, μήκος 90 και 120cm, με "0" tip, διάμετρος 10mm.
161	Καθετήρας ουρητηρικός από υλικό υψηλής παροχέτευσης και ακτινοσκιερότητας flexima	Καθετήρας ουρητηρικός από υλικό υψηλής παροχέτευσης και ακτινοσκιερότητας flexima. Να διατίθενται στους τύπους open, cone, flexible, whistle, angled, olive, spiral, wedge άκρου. Διάμετροι 4, 5, 6, 7, 8 FR μήκος 70εκ περίπου,
162	Ουρολογικό οδηγό σύρμα με ραβδώσεις	Ουρολογικά οδηγά σύρματα, με ειδικά σχεδιασμένες πλάγιες ρίγες (λευκές-μπλέ) για να βοηθούν στην ενδοσκοπική παρακολούθησή του. Με υδρόφιλη επικάλυψη endoglide στα τελευταία 60cm. Διάμετροι 0.025, 0.032, 0.035, 0.038in , ευθέα ή κυρτά και μήκους 150cm
163	Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού	Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού. Το σετ να διαθέτει τον καθετήρα, διαμέτρου 8.7 ή 11.3 mm, μέγεθος 5 ή 7Fr, μια βαλβίδα δύο δρόμων και σύριγγα 1cc
164	Θηκάρι τύπου Amplatz	Θηκάρι τύπου Amplatz κατάλληλο για διαδερμική νεφρολιθοτριψία με λεπταινόμενο άκρο για ατραυματική προώθηση και ευκολία στην τοποθέτησή του πάνω από διαστολέα ή μπαλόνι. Διάμετρος 28-30Fr και μήκος 20cm
165	Βελόνα ενδοκυστικών εγχύσεων	Βελόνα κατάλληλη για ενδοκυστικές εγχύσεις με άκρο 4mm, βελόνα 22G με προστατευτικό κάλυμμα, μέγεθος 5Ch/ Fr και μήκος 35cm και 70 cm

166	Θηκάρι εισαγωγής στον ουρητήρα	<p>Θηκάρι εισαγωγής , εσωτερικής διαμέτρου 11/13 ή 12/14.0 ή 13/15fr, μήκους 24,35,38, ή 45 cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπίεσεις. Να διαθέτει σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού ασφαλείας εκτός αυλού έτσι ώστε ο αυλός εργασίας να μην καταλαμβάνεται από τον συρμάτινο οδηγό ασφαλείας Να χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση . Να προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού</p>
167	Αντάπτορας τύπου TUOHY-BORST	<p>Αντάπτορας τύπου TUOHY-BORST κατάλληλος για ουρητηροσκόπηση, ουρητηρολιθοτριψία , με ειδική ανεπίστροφη βαλβίδα. που προστατεύει τον ιατρό από την επιστροφή των ούρων κατά την ενδοσκόπηση</p>
168	Λαβίδα λήψης ιστού μέσω εύκαμπτου ουρητηρονεφροσκοπίου	<p>Λαβίδα βιοψίας τύπου BIGopsy (Back loading biopsy forceps) , κατάλληλη για λήψη ικανού ιστολογικού δείγματος (4 mm²) από το νεφρό για ακριβή διάγνωση με την βοήθεια εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου με καθετήρα διαμέτρου 2.4fr και μήκους 115cm. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να καθοδηγείται στον κάλυκα να ανοίγει και να παγιδεύει το δείγμα στο εσωτερικό της ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης προστατεύοντας παράλληλα από φθορές το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο και να μπορεί να λαμβάνει δείγμα 4 φορές πλατύτερο από συμβατικές. Να διατίθεται με οδοντωτές και μη σιαγόνες. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή για χειρισμό ενός χεριού</p>

169	Καθετήρας-ενδοπρόσθεση ουρητηρική τύπου μονού Pigtail	<p>Καθετήρας-ενδοπρόσθεση ουρητηρική τύπου BANDER URETERAL DIVERSION SOF-FLEX, τύπου μονού Pigtail, από υδρόφιλη μαλακή πολυουρεθάνη τύπου SOF-FLEX®, ανοιχτού άκρου με λεπτά τοιχώματα και οπές μόνο στο πυελικό άκρο, διαβαθμισμένη ακτινοσκιερή (ακτινοσκιερές διαγραμμίσεις), με πυελικό άκρο κωνικό, μέγιστης διάρκειας παραμονής 6 μηνών (προστατεύοντας από μολύνσεις τον ασθενή).</p> <p>Προσφέρεται σε σετ που περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθετήρα-ενδοπρόσθεση ουρητηρική για αριστερό ουρητήρα σε μπλέ χρώμα • Καθετήρα-ενδοπρόσθεση ουρητηρική για δεξιό ουρητήρα σε ροζ χρώμα • δύο πλαστικές συσκευές συγκράτησης • οδηγό σύρμα , μήκους 100cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη PTFE και εύκαμπτο άκρο 5mm. <p>Να διατίθεται σε μήκος μήκους 75cm και διάμετρο 4.7, 6.0 , 7.0 ή 8.2 fr</p>
-----	---	---

170	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού Pigtail μακράς παραμονής μη συμπίεσιμος	<p>Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση τύπου FIRM, τύπου διπλού Pigtail, σύστασης από υδρόφιλη γαλάζια, υδρόφιλη ακτινοσκιερή, ελαστική και εύκαμπτη ειδική πολυουρεθάνη , για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας παραμονής 12 μηνών, με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένος και ακτινοσκιερός (ακτινοσκιερές διαγραμμίσεις), με ενισχυμένο κυστικό άκρο και πυελικό άκρο κωνικό. Η πολυουρεθάνη να είναι μη συμπίεσιμη για αντοχή ως Tumor Stent χωρίς να απαιτεί μεταλλική ενίσχυση αλλά και ιδιαίτερα μαλακή στην υφή έτσι ώστε να μην προκαλεί ερεθισμό στην ουροδόχο κύστη.</p> <p>Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • προωθητή μήκους 50cm, με ακτινοσκιερή σήμανση στο άκρο και σύστημα αγκίστρωσης στον καθετήρα (lockable pusher) που να επιτρέπει την ελεγχόμενη περιστροφή της κατά την τοποθέτηση για προαιρετική χρήση.. • οδηγό σύρμα υδρόφιλο Roadrunner PC, από Πολυουρεθάνη εξωτερικά και Nitinol εσωτερικά, με υδρόφιλη επικάλυψη slipcoat και χειρολαβή Olcott torque device έτσι ώστε να μην γλιστρά στο χέρι. <p>Να διατίθεται σε μήκος 22, 24, 26, 28 ή 30cm και διάμετρο 5.0 , 6.0 ή 7.0 fr, ανοιχτού άκρου, με ή χωρίς πλευρικές οπές.</p>
-----	---	--

171	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού Pigtail μακράς παραμονής μη συμπίεσιμος μεταλλικός	<p>Ενδοπρόσθεση ουρητηρική διπλού Pigtail, διαμέτρου 6fr, μήκους 20, 22, 24, 26 ή 28cm, μεταλλική, από ατραυματικό σπείρωμα χωρίς αυλό, για παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας παραμονής 12 μηνών.</p> <p>Η ενδοπρόσθεση δεν συμπιέζεται και δεν αποφράσσεται γιατί τα ούρα κυλούν γύρω από το σώμα της, είναι ελαστική και μαλακής υφής (αν και μεταλλική) παρέχοντας άνεση και ποιότητα ζωής σε ασθενείς. Προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει</p> <ul style="list-style-type: none"> • οδηγό καθετήρα τύπου Rollack μήκους 80cm • προωθητή καθετήρα ακτινοσκιερό
172	Καθετήρας συνδυασμός καλαθιού και λαβίδας, σχήματος τριγωνικής πυραμίδας	<p>Καθετήρας συνδυασμός καλαθιού και λαβίδας, σχήματος τριγωνικής πυραμίδας, αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων ή ξένων σωμάτων. Να φέρει 3 σκέλη ενωμένα σε σχήμα πυραμίδας μέγιστης διαμέτρου ανοίγματος 8 ή 11mm από Nitinol με μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα της και εύκαμπτο θηκάρι 1.7 ή 2.2fr, μήκους 115cm από ακτινοσκιερό Teflon.</p> <p>Με σχήμα τριγωνικής πυραμίδας να συλλαμβάνει εύκολα σαν λαβίδα, να συγκρατεί δυνατά σαν καλάθι και να απελευθερώνει άμεσα σαν λαβίδα αν το μέγεθος του λίθου δεν του επιτρέπει την διέλευση σε στένωση του ουρητήρα</p> <p>Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή τύπου Unidex για χειρισμό ενός χεριού, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί</p>

173	Καλάθι-Απόχη αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων	Καλάθι-Απόχη, εύκαμπτη ατραυματική απόχη αφαίρεσης λίθων διαμέτρου 7mm από Nitinol με καθετήρα διαμέτρου 2,8 fr, μήκους 145cm. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε αρχικά να συγκρατεί τους ουρητηρικούς λίθους και τα τυχόν θραύσματά τους έτσι ώστε να μην αποφράζεται η πύελος κατά την διάρκεια λιθοτριψίας, και στην συνέχεια σύλληψης και αφαίρεσης τους, και μνήμη για την επαναφορά στο αρχικό σχήμα του. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή pin vise handle, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί
174	Καθετήρες 3 way από σιλικόνη με υδροφιλή επίστρωση τύπου Dufour	Καθετήρες 3 way Dufour από 100% σιλικόνη με υδροφιλή επίστρωση για εύκολη και ατραυματική εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μεγέθη από 18-24 Ch
175	Καθετήρες Foley 3 way από σιλικόνη με υδροφιλή επίστρωση τύπου Couvelair	Καθετήρες 3 way Couvelaire από 100% σιλικόνη με υδροφιλή επίστρωση για εύκολη και ατραυματική εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μεγέθη 18-22 Ch

176	Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού rigtail μακράς παραμονής	<p>Ουρητηρικές ενδοπροθέσεις (rig tails) ανοικτού-κλειστού ή ανοικτού-ανοικτού άκρου για εσωτερική παροχέτευση ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό πολυμερές υλικό (μαλακή πολυουρεθάνη) που να προσδίδει δυνατότητα μεγάλης διάρκειας παραμονής (έως 12 μήνες). Τα τοιχώματα να διαθέτουν υδρόφιλη επικάλυψη. Το κάτω άκρο να συζευγνύεται με προωθητή εισαγωγής με σταθερή άρθρωση, ώστε να είναι αδύνατη η ακούσια αποσύνδεσή του. Ο προωθητής να αποσυνδέεται αποκλειστικά με απομάκρυνση του οδηγού σύρματος. Να συνοδεύονται από εύκαμπτο οδηγό σύρμα, movable core, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη PTFE, μήκους περίπου 100 cm, με ένδειξη για το σημείο αποσύνδεσης και από πλαστικό κλιπ στερέωσης. Το σώμα να είναι εξαιρετικά ακτινοσκοπικό για να είναι ιδιαίτερα ευκρινές κατά την τοποθέτησή υπό ακτινοσκόπηση. Να είναι ελεύθερες latex.</p>
177	Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού rigtail σιλικόνης μη υδρόφιλα	<p>Ουρητηρικά stent από 100% σιλικόνη μαλακής σύστασης χωρίς υδρόφιλη επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα. Να είναι 12μηνια παραμονής, η οποία να επικυρώνεται από το prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να προσφέρονται σε σετ με συνδεδεμένο προωθητή (locking system) μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα stiff 0,035 με κεκκαμένο άκρο και υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος 150cm. Ανοικτού - ανοικτού ή ανοικτού- κλειστού άκρου. Μέγεθη 6,7,8 Ch/Fr - 24,26,28 cm. Να προσφέρεται σε σετ με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή αποστειρωμένη συσκευασία.</p>

178	Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού rigtail σιλικόνης υδρόφιλα	<p>Ουρητηρικά stent από 100% σιλικόνη μαλακής σύστασης με υδρόφιλη επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα. Να είναι 12μηνια παραμονής, η οποία να επικυρώνεται από το prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά. Να προσφέρονται σε σετ με συνδεδεμένο προωθητή (locking system) μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα stiff 0,035 με κεκκαμένο άκρο και υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος 150cm. Ανοικτού - ανοικτού ή ανοικτού- κλειστού άκρου. Μέγεθη 6,7,8 Ch/Fr - 24,26,28 cm. Να προσφέρεται σε σετ με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή αποστειρωμένη συσκευασία.</p>
179	Ουρητηρική ενδοπρόσθεση διπλού rigtail μακράς παραμονής	<p>Ο καθετήρας να προσφέρεται σε πλήρες σετ (καθετήρας rigtail, προωθητήρας και οδηγό σύρμα) μαζί με το σετ εισαγωγής, να είναι διπλού άκρου (rigtail) με οπές σε όλο του το μήκος. Τα άκρα να είναι ανοικτό- κλειστό και ανοικτό-ανοικτό. Να διαθέτει εκατοστιαία διαβάθμιση καθώς και γραμμή οδηγό που να υποδεικνύει προς ποιά κατεύθυνση θα γυρίσει το νεφρικό άκρο του καθετήρα. Να διατίθεται σε μήκη 24-30 cm και σε μεγέθη 5,6,7 και 8CH. Ο καθετήρας να διαθέτει ειδική επικάλυψη από φωσφοριλοχολίνη για την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών επιτρέποντας τη μακρά παραμονή έως 12 μήνες. Το σετ εισαγωγής να διατίθεται και σε προσυνδεδεμένο τύπο (TUOHY BORST), με τον προσαρμοστήρα να έχει θηλυκό LL και τον αποσυνδετήρα αρσενικό LL για πλήρη προσαρμογή και επίτευξη καλύτερης σύνδεσης, επιτρέποντας δυνατότητα εξωτερικών χειρισμών και εύκολο τρόπο αποσύνδεσης (ελεγχόμενη απόσπαση) από τον καθετήρα. Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών.</p>

180	Σετ αλλαγής νεφροστομίας με καθετήρα pigtail	<p>Το σετ νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από:</p> <p>α)Καθετήρα pigtail νεφροστομίας με ειδική επικάλυψη (από φωσφοριλοχολίνη) με υδρόφιλα χαρακτηριστικά , με δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για να εγγυάται την μακρά παραμονή του καθετήρα στον ασθενή χωρίς τον κίνδυνο επικρούστωσης ή μικροβίων ,με σύνδεση Luer Lock και ενσωματωμένο 3 way stop cock.Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρει οπές στο άκρο και να έχει μήκος από 24cm έως 34cm και διάμετρο 6-12Fr</p> <p>β)Οδηγό σύρμα Lunderquist ευθύ με επικάλυψη PTFE διαμέτρου 0,035" και μήκος 80cm,με εύκαμπτο άκρο 1,5mm</p> <p>γ)2 διαστολείς ακτινοσκοιούς</p> <p>δ)συνδετικό Luer αρσενικό με μικρή διάμετρο μήκους 10cm</p> <p>Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών.</p>
-----	--	--

181	Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας	<p>Το σετ διαδερμικής νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Καθετήρα rigtail με ειδική επικάλυψη (από φωσφοριλοχολίνη) με υδρόφιλα χαρακτηριστικά , με δυνατότητα να διατηρεί ουδέτερο το PH για να εγγυάται την μακρά παραμονή του καθετήρα στον ασθενή χωρίς τον κίνδυνο επικρούστωσης ή μικροβίων. Ο καθετήρας θα πρέπει στην μία άκρη του να είναι rig-tail και στην άλλη να διαθέτει σύνδεση Luer Lock για την ασφαλή σύνδεσή του με τον μηχανισμό διόδου ακτινοσκιερού υλικού. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει one way stop cock για την ρύθμιση της ροής των ούρων. Ο καθετήρας θα πρέπει να προσφέρεται στα μεγέθη από 6fr έως 12fr και σε μήκος 24cm έως 34cm 2)Βελόνα δύο μερών από ιατρικό ατσάλι με ακτινοσκιερή διαβάθμιση στο άκρο της και διάμετρο 18GA με μήκος 19,5cm 3)οδηγό σύρμα Lunderquist με επικάλυψη PTFE διαμέτρου 0,035'', μήκους 80cm και με ατραυματικό άκρο J 4)2-3 Διαστολείς ακτινοσκιεροί 5)Συνδετικό με άκρη Luer Lock για σύνδεση με τον ουρολογικό σάκκο <p>Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών.</p>
182	Καθετήρας ουρητηρικής προσπέλασης	<p>Καθετήρας ουρητηρικής προσπέλασης POLLACK FLEXI-TIP 4 έως 8fr, μήκους 70cm, με ανοικτό άκρο, από ακτινοσκιερό πολυβινυλοχλωρίδιο, κατάλληλος για παλίνδρομη πυελογραφία, παροχέτευση ή διέλευση μέσω ελικωτού ουρητήρα.. Ο καθετήρας των 5 fr και οι μεγαλύτεροι από αυτόν να επιτρέπουν την δίοδο σύρματος 0.38"</p>

183	Ενδοπρόσθεση ενδοουρητηροστομίας διπλού Pigtail	<p>Ενδοπρόσθεση ενδοουρητηροστομίας διπλού Pigtail, δύο διαφορετικών διαμέτρων 6.0/9.5, 6.0/9.5, 7.0/14.0 ή 7.0/14.0fr, μήκους 13cm για το πεπλατυσμένο τμήμα και συνολικού μήκους 22, 26, 24 και 28cm αντίστοιχα, από ακτινοσκιερό Ultrathane, για περιοδική εσωτερική παροχέτευση, μέγιστης διάρκειας παραμονής 8 εβδομάδων.</p> <p>Η τοποθέτηση γίνεται κατά την διάρκεια χειρουργικής αποκατάστασης στένωσης και προστατεύει από την επαναστένωση του ουρητηρικού αυλού κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει :</p> <ul style="list-style-type: none"> • προωθητή 7fr, μήκους 50cm με ακτινοσκιερό άκρο. • καθετήρα απελευθέρωσης 10fr, μήκους 40cm από ακτινοσκιερό Teflon.
184	Θηκάρι ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση διπλού αυλού	<p>Θηκάρι εισαγωγής διπλού αυλού, με κύριο αυλό εσωτερικής διαμέτρου 9.5 ή 12.0 fr και βοηθητικό αυλό εσωτερικής διαμέτρου 3fr μήκους 13, 20, 28, 35 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπιέσεις. Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας ένα κύριο κανάλι εργασίας που επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων -οργάνων (πχ κατά την αφαίρεση λίθων) και ένα βοηθητικό κανάλι ενώ προστατεύει τα εργαλεία από φθορές.</p> <p>Προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού</p>

185	Θηκάρι ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού ασφαλείας εκτός αυλού	<p>Θηκάρι εισαγωγής εσωτερικής διαμέτρου 9.5, 12.0 ή 14.0fr, μήκους 13, 20, 28, 35, 45 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπιέσεις . Διαθέτει σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού ασφαλείας εκτός αυλού έτσι ώστε ο αυλός εργασίας κνα μην καταλαμβάνεται από τον συρμάτινο οδηγό ασφαλείας</p> <p>Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας ένα κύριο κανάλι εργασίας που επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων -οργάνων (πχ κατά την αφαίρεση λίθων)</p> <p>Προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού</p>
-----	---	--

186	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση τύπου διπλού Pigtail ενδιάμεσης παραμονής	<p>Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση τύπου διπλού Pigtail, μαλακής σύστασης από υδρόφιλη λευκή μαλακή πολυουρεθάνη ενδεικτικά τύπου UNIVERSA, για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας παραμονής 6 μηνών, με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένος και ακτινοσκοπικός (ακτινοσκοπικές διαγραμμώσεις), με ενισχυμένο κυστικό άκρο και πυελικό άκρο κωνικό.</p> <p>Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • προωθητή μήκους 50cm, με ακτινοσκοπική σήμανση στο άκρο και σύστημα αγκίστρωσης στον καθετήρα (lockable pusher) που επιτρέπει την ελεγχόμενη περιστροφή της κατά την τοποθέτηση για προαιρετική χρήση. • οδηγό σύρμα υδρόφιλο Roadrunner PC, από Πολυουρεθάνη εξωτερικά και Nitinol εσωτερικά, με υδρόφιλη επικάλυψη slipcoat και χειρολαβή Olcott torque device έτσι ώστε να μην γλιστρά στο χέρι. <p>Να διατίθεται σε μήκος 20, 22, 24, 26, 28 ή 30cm και διάμετρο 4.7, 6.0, 7.0 ή 8.0fr, ανοιχτού άκρου, με ή χωρίς πλευρικές σπές.</p>
187	Καλάθι-Basket αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων	<p>Καλάθι-Basket N-CIRCLE αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων, με καθετήρα διαμέτρου περίπου 1.5fr - 1,8fr και μήκους 115cm, 4 συρμάτων, με ατραυματικό tipless άκρο για την αποφυγή τραυματισμού ή διάτρησης του ιστού κατά την διαδικασία σύλληψης του λίθου, κατασκευασμένο από Nitinol, διαμέτρου 1 cm. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παίρνει το σχήμα του κάλυκα παγιδεύοντας τον λίθο ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης προστατεύοντας παράλληλα από φθορές το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο. Διαθέτει εργονομική χειρολαβή για χειρισμό ενός χεριού.</p>

	Καθετήρας-Μπαλόνι ουρητηρικής διαστολής , διπλού αυλού με υδρόφιλη επικάλυψη	Καθετήρας-Μπαλόνι ουρητηρικής διαστολής , διπλού αυλού με υδρόφιλη επικάλυψη , 6fr με κατάληξη 5fr , μήκους 65 - 80 cm. Το μπαλόνι να είναι μέγιστης διαμέτρου 4, 5, 6, 7, 8 ή 10mm, μήκους 4, 6 ή 10cm αντίστοιχα , να δέχεται μέγιστη πίεση 20atm, με ακτινοσκοπούς δακτυλίους που οριοθετούν τα άκρα του. Η διάταση να γίνεται ταυτόχρονα σε όλο το μήκος του μπαλονιού χωρίς να απαιτείται ώθηση από τον χειριστή για να μείνει στην επιλεγμένη θέση. Δέχεται οδηγό σύρμα 0.038". Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει συσκευή διαστολής-μανόμετρο χωρητικότητας 25 - 30cc, υψηλής ευκρίνειας για την ευχερή διαστολή, αποσυμπίεση και παρακολούθηση της πίεσης του μπαλονιού. Να φέρει συνδετικό σωλήνα και στρόφιγγα τριπλής ροής και να είναι βαθμονομημένη σε δύο κλίμακες: atm ή psi.
189	Θηκάρι ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση	Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με εισαγωγή, να διαθέτει κωνικό ατραυματικό άκρο 6 fr ιδιαίτερα εύκαμπτο και ατραυματικό υδρόφιλη επιστρωση, radiopaque και σύστημα σταθεροποίησης. Να έχει δυνατότητα μετατροπής του οδηγού εργασίας σε οδηγό ασφαλείας για προστασία και συνεχή πρόσβαση στον ουρητήρα και το νεφρό, 10-12 ch και 12-14ch και μήκος 35 και 45cm
190	Καθετήρας αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων μίας χρήσης	Καθετήρες αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, 4 συρμάτων ο οποίος σε πλήρη έκπτυξη καταλήγει σε 2 σύρματα ιδανικό για χρήση με ακτίνες laser διαμέσω εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου. Κατασκευασμένοι από Nitinol, με μηδενικό tip και εργονομική αποσπώμενη λαβή. Θηκάρι 1.9Fr, μήκος 90 και 120cm, διάμετρος basket 11mm και 15mm.
191	Ουρολογικό οδηγό σύρμα με υδρόφιλο τελικό άκρο	Ουρολογικό οδηγό σύρμα από πυρήνα νιτινόλης με επικάλυψη PTFE και 5cm ακτινοσκοπικό άκρο υδρόφιλο επικαλυμένο, να διατίθεται και με 10cm εύκαμπτο εγγύς άκρο για την ευκολότερη προώθησή του διαμέσω εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου. Διάμετροι 0.035 και 0.038in, ευθύ ή κυρτό με 3cm flexible, μήκος 150cm και σκληρότητας standard & stiff

192	Πεικκή πρόθεση τριών τμημάτων με αντιβιοτική επίστρωση	<p>Πεικκή πρόθεση τριών τμημάτων από σιλικόνη με αντιβιοτική επίστρωση (ριφαμπικίνη/αμινοκυκλίνη). Να αποτελείται από δύο κυλίνδρους σιλικόνης προ-συνδεδεμένους , αντλία στιγμιαίας πίεσης με βαλβίδα αποκλεισμού, μπαλόνι-δεξαμενή υγρού και σετ συναρμολόγησης. Οι κύλινδροι στο άνω άκρο τους να φέρουν προ-τοποθετημένο ράμμα για την εύκολη εισαγωγή-τοποθέτηση τους στα σπυραγγώδη σώματα. Η σιλικόνη των κυλίνδρων να διαθέτει ειδική αντιτριβική επίστρωση για μεγαλύτερη αντοχή του προϊόντος. Οι κύλινδροι να διαθέτουν ενισχυτική επένδυση από DACRON για αποφυγή του φαινομένου “ανευρύσματος” των κυλίνδρων και να διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις δίνοντας δυνατότητα αντιμετώπισης και περιπτώσεων REVISION. Τα συνδετικά σωληνάκια των κυλίνδρων να φέρουν επένδυση από PTFE για αποφυγή φθοράς από τριβή. Η αντλία να διαθέτει ραβδώσεις για εύκολη αναγνώριση δια της αφής. Το μπαλόνι δεξαμενή να διατίθεται σε δύο διαστάσεις 65ml και 100ml. Η σύνδεση να γίνεται με σύστημα ασφαλούς κουμπώματος για εύκολη και χωρίς διαφυγές σύνδεση. Όλοι οι σωλήνες του συστήματος να διαθέτουν ενίσχυση για να μην τσακίζουν. Το σύστημα να είναι συμβατό με μαγνητικούς τομογράφους έως 3 Tesla. Η πεικκή πρόθεση να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εργαλεία για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση καθώς και από τις απαραίτητες προεκτάσεις πίσω άκρου. Η πεικκή πρόθεση να υποστηρίζεται από επαρκείς μελέτες και να έχει FDA και CE MARK.</p>
-----	--	--

193	Πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων	<p>Πεική πρόθεση τριών τμημάτων από σιλικόνη. Να αποτελείται από δύο κυλίνδρους σιλικόνης προ-συνδεδεμένους , αντλία στιγμιαίας πίεσης με βαλβίδα αποκλεισμού ,μπαλόνι-δεξαμενή υγρού και σετ συναρμολόγησης. Οι κύλινδροι στο άνω άκρο τους φέρουν προ-τοποθετημένο ράμμα για την εύκολη εισαγωγή-τοποθέτηση τους στα σπαραγγώδη σώματα. Η σιλικόνη των κυλίνδρων να διαθέτει ειδική αντιτριβική επίστρωση για μεγαλύτερη αντοχή του προϊόντος. Οι κύλινδροι να διαθέτουν ενισχυτική επένδυση από DACRON για αποφυγή του φαινομένου “ανευρύσματος” των κυλίνδρων και να διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις δίνοντας δυνατότητα αντιμετώπισης και περιπτώσεων REVISION. Τα συνδεδετικά σωληνάκια των κυλίνδρων να φέρουν επένδυση από PTFE για αποφυγή φθοράς από τριβή. Η αντλία να διαθέτει ραβδώσεις για εύκολη αναγνώριση δια της αφής. Το μπαλόνι δεξαμενή να διατίθεται σε δύο διαστάσεις 65ml και 100ml. Η σύνδεση να γίνεται με σύστημα ασφαλούς κουμπώματος για εύκολη και χωρίς διαφυγές σύνδεση. Όλοι οι σωλήνες του συστήματος να διαθέτουν ενίσχυση για να μην τσακίζουν. Το σύστημα να είναι συμβατό με μαγνητικούς τομογράφους έως 3 Tesla. Η πεική πρόθεση να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εργαλεία για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση καθώς και από τις απαραίτητες προεκτάσεις πίσω άκρου. Η πεική πρόθεση να υποστηρίζεται από επαρκείς μελέτες και να έχει FDA και CE MARK.</p>
194	Πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων με υδρόφιλη επίστρωση	<p>Πεϊκή πρόθεση 3 τμημάτων από BIOFLEX με υδρόφιλη επίστρωση η οποία επικαλύπτει όλη την πρόθεση συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων (tips και σύνδεση). Η υδρόφιλη επίστρωση να διευκολύνει την τοποθέτηση της πρόθεσης και να επιτρέπει την χρήση οποιουδήποτε αντιβιοτικού σχήματος που θα επιλεγεί από τον χειρουργό για την αποφυγή λοιμώξεων. Η πρόθεση να αποτελείται: 1) από δύο κυλίνδρους συνδεδεμένους με την αντλία (η οποία θα πρέπει να επιτρέπει την χάλαση του πέους με μία κίνηση) 2) από την δεξαμενή (ρεζερβουαρ) η οποία θα πρέπει να έχει στην βάση της αντιπαλινδρομική βαλβίδα έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ακούσιες ενεργοποιήσεις της συσκευής 3) από κιτ σύνδεσης και 4) από σύστημα διαδερμικής διαστολής</p>

195	Τεχνητός σφιγκτήρας	<p>Τεχνητός σφιγκτήρας για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας από σιλικόνη, με αντιβιοτική επίστρωση (ριφαμπικίνη/αμινοκυκλίνη). Να αποτελείται από το εξάρτημα (cuff) γύρω από την ουρήθρα, την αντλία ελέγχου, το μπαλόνι ρύθμισης της πίεσης και το σετ συναρμολόγησης. Το εξάρτημα γύρω από την ουρήθρα (cuff) να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις για την καλύτερη προσαρμογή στον εκάστοτε ασθενή και να διαθέτει μεγέθη για περιπτώσεις τοποθέτησης και στον αυχένα της ουροδόχου κύστης. Το μπαλόνι ρύθμισης να διατίθεται σε πιέσεις 61-70 cm H₂O. Η σύνδεση να γίνεται με σύστημα ασφαλούς κουμπώματος για εύκολη και χωρίς διαφυγές σύνδεση. Όλοι οι σωλήνες του συστήματος να διαθέτουν ενίσχυση για να μην τσακίζουν. Το σύστημα να είναι συμβατό με μαγνητικούς τομογράφους έως 3 Tesla. Κάθε σετ τεχνητού σφιγκτήρα να συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση εργαλεία. Υποστηρίζεται από επαρκή βιβλιογραφία και έχει FDA και CE MARK.</p>
196	Ταινία για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας	<p>Διαθυροειδική ταινία για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Το μόσχευμα να έχει μήκος 45cm και πλάτος 1.2cm και το κεντρικό του τμήμα είναι διευρυμένο πλάτους 3.5cm. Το μόσχευμα να περιβάλλεται από πλαστικό περίβλημα ασφαλείας με σκοπό να προλαμβάνεται ο τραυματισμός των ιστών και να διευκολύνεται η τοποθέτηση του. Κατά μήκος του μοσχεύματος να υπάρχουν ενσωματωμένες ίνες τάσης με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Επιπλέον κατά μήκος του μοσχεύματος να υπάρχουν 6 πλαστικά με σχήμα σιριτιού για την στήριξη του μοσχεύματος στους ιστούς. Η τοποθέτηση του μοσχεύματος να γίνεται από δύο ελικοειδείς εισαγωγείς. Στις άκρες του μοσχεύματος να υπάρχουν κλιπ για το ασφαλές κούμπωμα του στους εισαγωγείς. Στο κιτ να περιλαμβάνονται η ταινία ακράτειας, οι ελικοειδείς εισαγωγείς, ο διαδερμικός διαστολέας καθώς και η βελόνα εντοπισμού του σημείου εισόδου των εισαγωγέων. Το υλικό να υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες.</p>

197	Ταινία για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας τετραπλής στήριξης	<p>Να διαθέτει τέσσερα σημεία στήριξης (δύο προηβικά και δύο διαθυροειδικά). Να είναι από 100% μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με λειασμένες άκρες για ασφαλέστερη –ατραυματική τοποθέτηση. Όλα τα σκέλη να έχουν πλαστικό περίβλημα και να είναι εμφανώς διακριτός ο διαχωρισμός των προηβικών από τα διαθυροειδικά για ευκολότερη και ατραυματική τοποθέτηση. Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, η οποία να περιλαμβάνει μία ταινία και εισαγωγέα μιας χρήσης.</p>
198	Σύστημα διαδερμικής διαστολής	<p>Να αποτελείται από αναδιπλούμενο πλαστικό πλαίσιο διαδερμικής διαστολής άγκιστρα με ελαστική στήριξη και 2 πλαστικά baby deaver. Τα άγκιστρα να έχουν χρωματική διαφοροποίηση για εύκολη αναγνώριση ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης και να έχουν διαφόρων τύπων άκρα. Στο σετ να υπάρχει ελαστική ταινία με ανάγλυφους κόμπους για την ανάσπαση του πέους σε ανδρολογικές επεμβάσεις. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.</p>
199	Πλέγμα αποκατάστασης κυστεοκήλης	<p>Πρόσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση κυστεοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο, εξαιρετικά ελαφρύ > 20 g/m², σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Το σετ να περιλαμβάνει ειδικό εργονομικό εργαλείο για την τοποθέτηση του πλέγματος καθώς και ειδικά ράμματα 0-0.</p>
200	Πλέγμα αποκατάστασης ορθοκήλης	<p>Οπίσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση ορθοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο εξαιρετικά ελαφρύ >20 g/ m², σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Το σετ να περιλαμβάνει ειδικό εργονομικό εργαλείο για την τοποθέτηση του πλέγματος καθώς και ειδικά ράμματα 0-0.</p>

201	Τεχνητός ουρητήρας	Συνθετικό μόσχευμα για υποδόρια πυελοκυστική παράκαμψη. Το σετ να περιλαμβάνει την ουρητηρική πρόθεση από σιλικόνη και πολυέστερα μήκους 840 mm περίπου, θηκάρι Amplatz και συσκευή διάνοιξης σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
202	Αγκύλη για εκτέλεση διουρηθρικής προστατεκτομής σε αλατούχο φυσιολογικό ορό	Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα OLYMPUS οπτική 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους) ή μεγάλου μεγέθους (5,30mm πλάτους και 4,3mm ύψους). Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος, και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι ελάχιστη (μέσος όρος 0,18mm). Να είναι κατάλληλη για διουρηθρική εκτομή προστάτη έως τουλάχιστον 120gr. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένη σε αέριο αιθυλενοξείδιο (EO) και να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατή με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Στο υλικό να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
203	Ηλεκτρόδιο για την εκτέλεση διουρηθρικής εξάχνωσης προστάτη σε αλατούχο φυσιολογικό ορό	Να είναι ηλεκτρόδιο εξάχνωσης τύπου μανιταριού (ημισφαιρικού σχεδιασμού) συμβατό με OLYMPUS οπτικές 12° και 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι ελάχιστη (μέσος όρος 0,2mm). Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο σε αέριο αιθυλενοξείδιο (EO) και να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Στο υλικό να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.

204	Ηλεκτρόδιο για την εκτέλεση αιμόστασης κατά τη διάρκεια διουρηθρικής προστατεκτομής σε αλατούχο φυσιολογικό ορό	Να είναι ηλεκτρόδιο ρόλερ, σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με τις υπάρχουσες OLYMPUS οπτικές 12° και 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο σε αέριο αιθυλενοξείδιο (EO) και να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. Στο υλικό να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
205	Εργαλείο Υπερήχων για αιμόσταση – διατομή	Εργαλείο Υπερήχων για αιμόσταση – διατομή, για χρήση σε ανοικτές ή λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος, μήκους στυλεού 20-23 cm ή 35-36cm, διαμέτρου 5χιλ, δυνατότητα περιστροφής 3600 (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 47-55,5 KHz και ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας
206	Ουρητηρική πρόθεση	Συνθετικό μόσχευμα για υποδόρια πυελοκυστική παράκαμψη. Το σετ περιλαμβάνει την ουρητηρική πρόθεση από σιλικόνη και πολυέστερα μήκους 840 mm περίπου, θηκάρι Amplatz και συσκευή διάνοιξης σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
207	Ορχική πρόθεση	Ορχική πρόθεση σιλικόνης
208	Βιοσυμβατά πλέγματα για τη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας	Βιοσυμβατά πλέγματα για τη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, με εττικέτα κεντραρίσματος για την ευκολότερη τοποθέτησή τους διαμέσω της ουρήθρας. Η συσκευή προώθησης να διαθέτει αντιολισθητική-εργονομικά σχεδιασμένη λαβή, μεταλλικό διαστολέα που να καταλήγει σε κυρτή άκρη βελόνας (διαμέτρου 5mm) και προωθητή του διαστολέα

209	Κεραία υπερήχων για διαδερμική νεφρολιθοτριψία	Κεραία υπερήχων διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας, με παλλόμενο άκρο και κανάλι αναρρόφησης, διαμέτρου 3,5 mm, μήκους 40 cm για χρήση με συσκευή Karl Storz Calcuson και νεφροσκόπιο (HOPKINS Telescopes 27292 AMA/27293 AA and Sheaths 27293 BD/CD)
210	Προστατευτικό πρίσμα συσκευής laser λιθοθρυψίας	Προστατευτικό πρίσμα συσκευής laser λιθοθρυψίας Karl Storz Calculase II
211	Σετ φιάλη-καπάκι συσκευής λιθοτριψίας υπερήχων για εκτέλεση διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας	Το σετ να αποτελείται από μία φιάλη 0.5 L και το συμβατό καπάκι της για τη συσκευή λιθοτριψίας υπερήχων KARL STORZ ENDOMAT LC

17PROC006301566 2017-06-09

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	
ΕΙΔΟΣ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7 ^η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Δ/ση Λεωφ. Κνωσσού

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την του μηνός....., οι υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και από το άλλο μέρος η Εταιρεία Δ/ση Τηλ.....Fax. ΑΦΜ , ΔΟΥ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ και του πρακτικού του Δ.Σ....., ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την προμήθεια που κατακυρώθηκε με την με αριθ.....απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

17PROC006301566 2017-06-09

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ./2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Κάτω των Ορίων (Τακτικού) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ» με CPV **33141641-5** και ΚΑΕ **1311**.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχος» ο οποίος αναλαμβάνει την **προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση** πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμον οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ**

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης).

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.Π.Ε., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημέρα υπογραφής αυτής. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) .

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ./ 2017 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ./2017 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας Ευρώ ## αριθ. εγγυητικής επιστολής ισχύος μέχρι

ΑΡΘΡΟ 8

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι του με αρ./2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδειχεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύνει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZELEIO» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
17PROC006301566 2017-06-09
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς

- 1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).
- 2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.
- 3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους II για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.
- 4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V.
- 5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.
Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους .
Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας.
- 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.

Δικαιολογητικά

- 1) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
- 2) Στο ΤΕΥΔ προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
- 3) Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαμβάνουν τη σχετική τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων η οποία διατίθεται δωρεάν ισχύει επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε μια

17PROC006301566-2017-06-09

απαντήσει, να ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ.

4) Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα ποινικό μητρώο, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την ονομασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να μπορεί να ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική τεκμηρίωση βάσει των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικές με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας.

5) Σύμφωνα με το άρθρο 83 “Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου”, οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙΙ έως V, να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Κυρώσεις

Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας.

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, για κάθε μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα.

Σχετικός σύνδεσμος εντύπου ΤΕΥΔ και οδηγιών:

<http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypelysynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn>