



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»**

**Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου**

Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : Ξυλούρη Όλγα
ΤΗΛ.: 2813 408806
FAX : 2810 214481

Ηράκλειο 8 /06/2017
Αρ. Πρωτ.: 9275

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2017

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια «ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ» - CPV 33141600-6 για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης «38.409,06» € συμπ/νου ΦΠΑ(ΠΑΓΝΗ 25.004,03€ συμπ/νου του ΦΠΑ & Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 13.405,03€ με Φ.Π.Α).

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του Ν. **3861/2010** (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

1.2 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.3 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.4 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περὶ Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

- 1.5** Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
- 1.6** Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
- 1.7** Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3
- 1.8** Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών)

Τις αποφάσεις:

1. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).
2. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015»
4. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»
5. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
6. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.
7. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014.

8. Την με αριθ. 1035/Συν:18/07-12-2016 απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού καθώς επίσης και έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού .
9. Οι με αρ. 674/8-06-2017 & 480/8-06-2017 Αποφάσεις Ανάληψης Δέσμευσης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** για την προμήθεια **«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ»- CPV:33141600-6**), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **38.409,06€** συμπ/νου ΦΠΑ(ΠΑΓΝΗ **25.004,03€** συμπ/νου ΦΠΑ & Γ.Ν «BENIZEΛΕΙΟ» **13.405,03€** συμπ/νου Φ.Π.Α). , σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. “BENIZEΛΕΙΟ”, από το ΠΠΥΦΥ 2014.

1.- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης (Γραφείο Πρωτοκόλλου)	27/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα έως 15:00	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης (Γραφείο Προμηθειών)	28/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 27 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ , στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ»

Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης.

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

4- Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

5- Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

6- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η περίληψη της διακήρυξης 28/2017 θα αναρτηθεί στη Δι@ύγεια και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η Διακήρυξη 28/2017, θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.venizeleio.gr (Διακηρύξεις Διαγωνισμών) απ' όπου **θα διατίθεται αποκλειστικά**. Συνημμένο το ηλεκτρονικό αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς με το πρόγραμμα Hermes 8.1.6. Επίσης θα αναρτηθεί και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ)	15/06/2017
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 28-06-2017 Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα: 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης (Γραφείο Προμηθειών)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ»- (Ως παρακάτω πίνακας και Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδ/φών)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33141600-6
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.venizeleio.gr
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	38.409,06€ συμ/νου του Φ.Π.Α(ΠΑΓΝΗ 25.004,03€ συμ/νου του Φ.Π.Α & Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 13.405,03€ συμ/νου του Φ.Π.Α)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΚΑΕ 1311
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τεμάχιο
ΔΕΙΓΜΑ	ΝΑΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(ως παρακάτω πίνακας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές παράτασης προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια **«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ»** για την κάλυψη αναγκών του **ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»**

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος.

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν- "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ												
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΓΝΗ	ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΑΝΑΛΟΓ ΟΥΝ Φ.Π.Α 13%	ΑΝΑΛΟΓ ΟΥΝ Φ.Π.Α 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α	
1	53878	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΒΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΣ 100 ΧΙΛ. ΠΕΡΙΠΟΥ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ.	Ο σάκκος να είναι διαφανής, με αποσπώμενο διαφανές ευλύγιστο παράθυρο ανοίγματος τουλάχιστον 90 χιλ. για επιθώρηση, ευκολία χειρισμών και εργασίας στο στόμιο. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να έχει βαλβίδα εξόδου για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Το κολλητικό να έχει καλή προσκόλληση στο δέρμα για την αποφυγή διαρροών, να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 100 ως 110 χιλ. περίπου για εφαρμογή στο μέγεθος της στομίας.	245	30	275	15,46	4.251,50	552,70	0,00	4.804,20	
2	246367	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΒΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΣ 70 ΧΙΛ. ΠΕΡΙΠΟΥ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ.	Ο σάκκος να είναι διαφανής, με αποσπώμενο διαφανές ευλύγιστο παράθυρο ανοίγματος για επιθώρηση και εργασία στο στόμιο. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να έχει βαλβίδα εξόδου για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Το κολλητικό να έχει καλή προσκόλληση στο δέρμα για την αποφυγή διαρροών, να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 70 ως 80 χιλ. για εφαρμογή στο μέγεθος της στομίας.	245	0	245	10,6	2.597,00	337,61	0,00	2.934,61	
3	53877	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό ,υποαλλεργικό,αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος - κλεισίματος για εύκολο άδειασμα. Το κολλητικό να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της ειλεοστομίας.	289	150	439	6,08	2.669,12	346,99	0,00	3.016,11	

4	53874	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό,υποαλλεργικό,αντιδρωτικό κάλλυμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της κολοστομίας.	290	85	375	4,57	1.713,75	222,79	0,00	1.936,54
5	53876	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής και να διαθέτει ευλύγιστη κολλητική επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα . Να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων για την αποφυγή παλινδρόμησης των ούρων και έξοδο αδεϊάσματος που να συνδέεται σε οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει υποαλλεργικό,αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το σώμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 75 χιλ. τουλάχιστον.	290	660	950	2,5	2.375,00	308,75	0,00	2.683,75
6	65557	ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 150 - 200ML	Να περιέχει καταπραϋντικές και ενυδατικές ουσίες για τον καθαρισμό του δέρματος γύρω από το στόμιο. Να είναι σε συσκευασία από 150 ως 200ml. Να μην περιέχει οινόπνευμα.	29	0	29	6,6	191,40	24,88	0,00	216,28
7	140956	ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΞΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 50 - 60ML	Ενυδατική αλοιφή που να απορροφάται άμεσα από το δέρμα. Να μην αφήνει υπολείματα στο δέρμα που επηρεάζουν το κολλητικό των συστημάτων της στομίας. Να είναι σε συσκευασία από 50 ως 60gr περίπου.	110	0	110	8,3	913,00	118,69	0,00	1.031,69
8	179545	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟΜΙΑΣ	Η ζώνη στομίας να είναι ρυθμιζόμενη. Να είναι από υλικό φιλικό προς το δέρμα (βαμβάκι), να είναι ελαστική και να εφαρμόζει σε όλες τις βάσεις (κολοστομίας, ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας)	20	0	20	6,4	128,00	16,64	0,00	144,64
9	179550	ΣΠΡΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 - 60ML	Να αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τα κολλητικά και να διαθέτει ήπιο ψεκασμό. Να περιέχει 100% σιλικόνη, χωρίς οινόπνευμα, ώστε να είναι φιλικό προς το δέρμα, χωρίς να προκαλεί πόνο και ερεθισμό κατά την εφαρμογή του. Να στεγνώνει αμέσως και να μην αφήνει υπολείματα. Σε συσκευασία από 50 ως 60ml.	45	0	45	17,2	774,00	100,62	0,00	874,62
10	50343	ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 - 60ML	Να δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη στο δέρμα κατά την εφαρμογή του για προστασία από τα βιολογικά υγρά. Να είναι 100% από σιλικόνη και να μην περιέχει οινόπνευμα . Να στεγνώνει άμεσα και να μην επηρεάζει την κολλητικότητα των βάσεων στομίας. Να είναι σε συσκευασία από 50 ως 60 ml.	45	0	45	22,5	1.012,50	131,63	0,00	1.144,13

11	246043	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Σ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ Ν & ΣΑΚΟΥ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ ΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟ Σ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro, το οποίο να διπλώνεται και να κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές, μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.	45	0	45	9,66	434,70	56,51	0,00	491,21
12	246044	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Σ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ Ν & ΣΑΚΟΥ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ ΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟ Σ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές ,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.	45	120	165	9,66	1.593,90	207,21	0,00	1.801,11
13	246045	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ Σ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ Ν & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ Σ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην κολοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές , μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.	45	0	45	8,66	389,70	50,66	0,00	440,36

14	246046	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ Σ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ Ν & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ Σ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην κολοστομία. Ο σάκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές, μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.	45	90	135	8,66	1.169,10	151,98	0,00	1.321,08
15	246047	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ Ν & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚ ΤΗ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.	45	0	45	9,44	424,80	55,22	0,00	480,02
16	246048	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ Ν & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚ ΤΗ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.	48	90	138	9,44	1.302,72	169,35	0,00	1.472,07

17	246049	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 15 - 22 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ Ν & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του στομίου, να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 22 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή ουλές . Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κουμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδεϊάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.	49	0	49	12,48	611,52	79,50	0,00	691,02
18	246050	ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 15 - 42 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ Ν & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του στομίου, να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 42 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή ουλές . Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κουμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδεϊάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.	100	80	180	12,48	2.246,40	292,03	0,00	2.538,43
19	81403	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ	Υδροστατική πάστα σε μορφή ευπλαστικής πλαστελίνης για εύκολη χρήση. Να μην περιέχει οινόπνευμα για αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Να δημιουργεί κατά τη χρήση της επίπεδη επιφάνεια στο δέρμα, για καλύτερη εφαρμογή της βάσης και να είναι σε μορφή ατομικής συσκευασίας που να κλείνει σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί όλη η ποσότητα.	30	0	30	10,56	316,80	41,18	0,00	357,98
20	80822	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΑΤΡΟ 2000ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλινδρομήση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 2lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας. Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.	9	165	174	1,32	229,68	0,00	55,12	284,80

21	246052	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΑΤΡΟ 3000ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 3lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας. Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.	0	2148	2148	1,79	3.844,92	0,00	922,78	4.767,70
22	52862	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ E.N.Y	Ο ασκός συλλογής του συστήματος εξωτερικής παροχέτευσης να είναι στείρος εξαεριζόμενος ασκός συλλογής χωρητικότητας 700ml. Να είναι βαθμονομημένος ανά 50ml για ακριβείς μετρήσεις. Στο επάνω μέρος του ασκού να βρίσκεται ένα άνοιγμα ατμοσφαιρικού εξαερισμού με φίλτρο κατακράτησης μικροβίων, το οποίο διευκολύνει την ροή του ENY μέσα στον ασκό.	45	0	45	29	1.305,00	0,00	313,20	1.618,20
23	53909	ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ) ΓΙΑ ΣΤΟΜΙΕΣ	Να είναι αποστειρωμένο σε σχήμα I-I. Να έχει την δυνατότητα στήριξης με ράμματα σε 4 σημεία και ασφαλές αποσπώμενο κούμπωμα. Να συνδιάζεται με όλους τους μετεγχειρητικούς σάκους και τις βάσεις.	20	0	20	4,1	82,00	10,66	0,00	92,66
24	246053	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Σ 2 ΤΕΜ. - ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 10- 65χιλ.	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Το κολλητικό να αποτελείται από δυο υλικά το ένα να προσφέρει πολύ καλή κολλητική δυνατότητα και ασφάλεια, ενώ το άλλο να φροντίζει το δέρμα και να το προστατεύει. Να κόβεται από 10 ως 65 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.	50	18	68	11,3	768,40	99,89	0,00	868,29
25	53881	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗ ΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ Σ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΜΕΓΙΣΤΟ	Ο σάκος να είναι διαφανής, μικρού μεγέθους για εφαρμογή σε νεογνά, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα για αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 35 χιλ. μέγιστο.	50	0	50	3,4	170,00	22,10	0,00	192,10

26	246070	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΜΕΓΙΣΤΟ	Ο σάκος να είναι διαφανής, μικρού μεγέθους για εφαρμογή σε νεογνά, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα για αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 55 χιλ. μέγιστο.	50	0	50	6,1	305,00	39,65	0,00	344,65
27	140946	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 55mm, ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Αυτοκόλλητος σάκος ουρητηροστομίας διαφανής, με ενσωματωμένο κολλητικό 2 υλικών σε σπειροειδή διάταξη, για διπλή δράση (καλή επικόλληση - προστασία του δέρματος). Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, αδιάσπαστος για σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη και μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το σώμα. Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού έως και 55mm.	399	0	399	2,65	1.057,35	137,46	0,00	1.194,81
28	50316	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΣ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60gr ΠΕΡΙΠΟΥ.	Υδροστατική ρευστή πάστα καράγιας για την κάλυψη επιφανειών του δέρματος γύρω από το στόμιο που έχουν κοιλότητες ή ουλές, για την καλύτερη στερέωση της βάσης και την αποφυγή διαρροών και ερεθισμών του περιβάλλον δέρματος γύρω από τη στομία. Συσκευασία 60gr περίπου.	20	0	20	10,56	211,20	27,46	0,00	238,66
29	246055	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 1500ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα από 1,5lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας. Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.	6	0	6	1,69	10,14	0,00	2,43	12,57
30	246056	ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ	Σάκκοι μετεγχειρητικοί διάφανοι με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επί της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος velcro (για υδαρείς και στερεές κενώσεις) προς κόπη έως 90mm	10	0	10	15,46	154,60	0,00	37,10	191,70

31	246057	ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΗΛΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗ ΣΤΟΜΙΑ	Σάκκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι με εύπλαστοι κολλητική επιφάνεια για εφαρμογή σε δύσκολες ανατομικά στομίες. Με δυνατότητα αντιστροφής του κολλητικού υλικού για χρήση σε κήλες. Με βαλβίδα εξόδου που να συνδέεται απευθείας με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη προς κοπή έως 43 mm	20	0	20	6,2	124,00	0,00	29,76	153,76
32	246054	ΣΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ / ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ	Σάκκοι παιδιατρικοί/ παροχетеυτικοί με φίλτρο κράτησης οσμών, με δυνατότητα κοπής σε οβάλ σχήμα για καλύτερη εφαρμογή. Να μην έχει οπή έναρξης ώστε να επιτρέπει να γίνει κοπή σε οποιοδήποτε σημείο του κολλητικού. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος με velcro.	10	0	10	6,02	60,20	7,83	0,00	68,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α = 38.407,78€								33.437,40	3.609,98	1.360,40	38.407,78
<p>1. Για τους σάκους αναρρόφησης τα κάνιστρα να είναι ΔΩΡΕΑΝ.2. Οι Σάκοι αναρρόφησης να συνοδεύονται επί πλέον με τροχήλατες βάσεις στήριξης μετά από συνεννόηση με τα αντίστοιχα τμήματα των Νοσοκομείων του ΠΑΓΝΗ και του Γ.Ν -"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" και οι οποίες τροχήλατες βάσεις στήριξης , επίσης να είναι ΔΩΡΕΑΝ.</p>											

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1. ΠΑΓΝΗ= 25.003,20€ συμ/νου του Φ.Π.Α,2.Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ=13.404,58€ συμ/νου του Φ.Π.Α .

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά είδους με τη διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε **(365) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.2.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

1.3- **Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:**

1.3.1 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

1.4- **Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:**

1.4.1- Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**» μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

Σε φάκελο με τη ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» τοποθετούνται :

1. **Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.** Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός εργοστασίου παραγωγής προσφερόμενη συσκευασία κλπ.

2. **Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας :** Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων, με το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.

Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η τεχνική και η οικονομική προσφορά υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, με την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο.

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2. Τεχνική Προσφορά, 3. Οικονομική Προσφορά.

*Το CD ή DVD της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα σε περίπτωση μη λειτουργίας του ενός να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα.

Μέσα στο φάκελο των οικονομικών να υπάρχει η οικονομική προσφορά σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου

1.4.6.- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη « πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε

αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.

1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

1.4.13. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση,

προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. **Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.**

1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

1.4.16. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.6. Στάδια ενεργειών:

1.6.1α. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.

1.6.1β. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές.

1.6.1γ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

1.6.2- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα

γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.

1.6.3-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).

1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 - Ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. .

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
- Οτι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή .

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε.

1.8 Επισημαίνεται ότι:

1.8.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης,

1.8.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.8.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.8.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

1.8.6. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

2- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

2.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

2.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

2.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

2.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

3- ΤΙΜ Ε Σ

Στην οικονομική προσφορά ,θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή ,η τιμή και ο κωδικός τουυλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών.

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

3.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

3.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.

II. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, δηλαδή :

προσφερόμενη τιμή είδους X ζητούμενη ποσότητα

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.

3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

3.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.6 -Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .

3.7 -Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.

6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.

2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»**

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσηςΕΥΡΩ

Προς

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”**

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..... ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... (και ολογράφως)στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..... ΑΦΜ.....

Δ/ση.....

Προς

.....
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια **«ΣΥΛΜΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ** (αρ. διακήρυξης 28/2017) προς κάλυψη αναγκών του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ο χρόνος _ισχύος_ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
1	53878	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΒΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΣ 100 ΧΙΛ. ΠΕΡΙΠΟΥ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ.	Ο σάκκος να είναι διαφανής, με αποσπώμενο διαφανές ευλύγιστο παράθυρο ανοίγματος τουλάχιστον 90 χιλ. για επιθώρηση, ευκολία χειρισμών και εργασίας στο στόμιο. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να έχει βαλβίδα εξόδου για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Το κολλητικό να έχει καλή προσκόλληση στο δέρμα για την αποφυγή διαρροών, να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 100 ως 110 χιλ. περίπου για εφαρμογή στο μέγεθος της στομίας.	4.804,20
2	246367	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΒΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΣ 70 ΧΙΛ. ΠΕΡΙΠΟΥ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ.	Ο σάκκος να είναι διαφανής, με αποσπώμενο διαφανές ευλύγιστο παράθυρο ανοίγματος για επιθώρηση και εργασία στο στόμιο. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να έχει βαλβίδα εξόδου για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Το κολλητικό να έχει καλή προσκόλληση στο δέρμα για την αποφυγή διαρροών, να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 70 ως 80 χιλ. για εφαρμογή στο μέγεθος της στομίας..	2.934,61
3	53877	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό ,υποαλλεργικό,αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος - κλεισίματος για εύκολο άδειασμα. Το κολλητικό να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της ειλεοστομίας.	3.016,11

4	53874	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της κολοστομίας.	1.936,54
5	53876	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής και να διαθέτει ευλύγιστη κολλητική επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα. Να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων για την αποφυγή παλινδρόμησης των ούρων και έξοδο αδεϊάσματος που να συνδέεται σε οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το σώμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 75 χιλ. τουλάχιστον.	2.683,75
6	65557	ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 150 -200ML	Να περιέχει καταπραϊντικές και ενυδατικές ουσίες για τον καθαρισμό του δέρματος γύρω από το στόμιο. Να είναι σε συσκευασία από 150 ως 200ml. Να μην περιέχει οινόπνευμα.	216,28
7	140956	ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΞΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 50 - 60ML	Ενυδατική αλοιφή που να απορροφάται άμεσα από το δέρμα. Να μην αφήνει υπολείματα στο δέρμα που επηρεάζουν το κολλητικό των συστημάτων της στομίας. Να είναι σε συσκευασία από 50 ως 60gr περίπου.	1.031,69
8	179545	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟΜΙΑΣ	Η ζώνη στομίας να είναι ρυθμιζόμενη. Να είναι από υλικό φιλικό προς το δέρμα (βαμβάκι), να είναι ελαστική και να εφαρμόζει σε όλες τις βάσεις (κολοστομίας, ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας)	144,64
9	179550	ΣΠΡΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 - 60ML	Να αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τα κολλητικά και να διαθέτει ήπιο ψεκάσμο. Να περιέχει 100% σιλικόνη, χωρίς οινόπνευμα, ώστε να είναι φιλικό προς το δέρμα, χωρίς να προκαλεί πόνο και ερεθισμό κατά την εφαρμογή του. Να στεγνώνει αμέσως και να μην αφήνει υπολείματα. Σε συσκευασία από 50 ως 60ml.	874,62
10	50343	ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 - 60ML	Να δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη στο δέρμα κατά την εφαρμογή του για προστασία από τα βιολογικά υγρά. Να είναι 100% από σιλικόνη και να μην περιέχει οινόπνευμα. Να στεγνώνει άμεσα και να μην επηρεάζει την κολλητικότητα των βάσεων στομίας. Να είναι σε συσκευασία από 50 ως 60 ml.	1.144,13

11	246043	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ</p>	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro, το οποίο να διπλώνεται και να κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές, μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.</p>	491,21
12	246044	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ</p>	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές ,μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.</p>	1.801,11
13	246045	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ</p>	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην κολοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές , μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.</p>	440,36

14	246046	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ</p>	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην κολοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δύο πλευρές, μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.</p>	1.321,08
15	246047	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ</p>	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.</p>	480,02
16	246048	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ</p>	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.</p>	1.472,07

17	246049	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 15 - 22 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ</p>	<p>Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του στομίου, να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 22 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή ουλές . Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.</p>	691,02
18	246050	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 15 - 42 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ</p>	<p>Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 42 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή ουλές . Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.</p>	2.538,43
19	81403	<p>ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ</p>	<p>Υδροστατική πάστα σε μορφή ευπλαστης πλαστελίνης για εύκολη χρήση. Να μην περιέχει οινόπνευμα για αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Να δημιουργεί κατά τη χρήση της επίπεδη επιφάνεια στο δέρμα, για καλύτερη εφαρμογή της βάσης και να είναι σε μορφή ατομικής συσκευασίας που να κλείνει σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί όλη η ποσότητα.</p>	357,98
20	80822	<p>ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 2000ml</p>	<p>Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 2lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.</p>	284,80

21	246052	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 3000ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 3lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.	4.767,70
22	52862	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ E.N.Y	Ο ασκός συλλογής του συστήματος εξωτερικής παροχέτευσης να είναι στείρος εξαεριζόμενος ασκός συλλογής χωρητικότητας 700ml. Να είναι βαθμονομημένος ανά 50ml για ακριβείς μετρήσεις. Στο επάνω μέρος του ασκού να βρίσκεται ένα άνοιγμα ατμοσφαιρικού εξαερισμού με φίλτρο κατακράτησης μικροβίων, το οποίο διευκολύνει την ροή του ENY μέσα στον ασκό.	1.618,20
23	53909	ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ) ΓΙΑ ΣΤΟΜΙΕΣ	Να είναι αποστειρωμένο σε σχήμα I-I . Να έχει την δυνατότητα στήριξης με ράμματα σε 4 σημεία και ασφαλές αποσπώμενο κούμπωμα. Να συνδιάζεται με όλους τους μετεγχειρητικούς σάκους και τις βάσεις.	92,66
24	246053	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΕΜ. - ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 10-65χιλ.	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κούμπωματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Το κολλητικό να αποτελείται από δυο υλικά το ένα να προσφέρει πολύ καλή κολλητική δυνατότητα και ασφάλεια, ενώ το άλλο να φροντίζει το δέρμα και να το προστατεύει. Να κόβεται από 10 ως 65 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές ,μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.	868,29
25	53881	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΜΕΓΙΣΤΟ	Ο σάκος να είναι διαφανής, μικρού μεγέθους για εφαρμογή σε νεογνά, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα για αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 35 χιλ. μέγιστο.	192,10

26	246070	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΜΕΓΙΣΤΟ	Ο σάκος να είναι διαφανής, μικρού μεγέθους για εφαρμογή σε νεογνά, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα για αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφύγης αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 55 χιλ. μέγιστο.	344,65
27	140946	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 55mm, ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Αυτοκόλλητος σάκος ουρητηροστομίας διαφανής, με ενσωματωμένο κολλητικό 2 υλικών σε σπειροειδή διάταξη, για διπλή δράση (καλή επικόλληση - προστασία του δέρματος). Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, μαλακή - εύκαμπτη έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη και μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το σώμα. Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού έως και 55mm.	1.194,81
28	50316	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΣ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60gr ΠΕΡΙΠΟΥ.	Υδροστατική ρευστή πάστα καράγιας για την κάλυψη επιφανειών του δέρματος γύρω από το στόμιο που έχουν κοιλότητες ή ουλές, για την καλύτερη στερέωση της βάσης και την αποφυγή διαρροών και ερεθισμών του περιβάλλον δέρματος γύρω από τη στομία. Συσκευασία 60gr περίπου.	238,66
29	246055	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 1500ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό .Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 1,5lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.	12,57
30	246056	ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ	Σάκκοι μετεγχειρητικοί διάφανοι με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επι της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος velcro (για υδαρείς και στερεές κενώσεις) προς κόπτη έως 90mm	191,70

31	246057	ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΗΛΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗ ΣΤΟΜΙΑ	Σάκκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι με εύπλαστοι κολλητική επιφάνεια για εφαρμογή σε δύσκολες ανατομικά στομίες. Με δυνατότητα αντιστροφής του κολλητικού υλικού για χρήση σε κήλες. Με βαλβίδα εξόδου που να συνδέεται απευθείας με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη προς κοπή έως 43 mm	153,76
32	246054	ΣΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ / ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ	Σάκκοι παιδιατρικοί/ παροχетеυτικοί με φίλτρο κράτησης οσμών, με δυνατότητα κοπής σε οβάλ σχήμα για καλύτερη εφαρμογή. Να μην έχει οπή έναρξης ώστε να επιτρέπει να γίνει κοπή σε οποιοδήποτε σημείο του κολλητικού. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος με velcro.	68,03

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ											
				ΠΑΓ ΝΗ	ΒΕΝΙΖ ΕΛΕΙΟ	ΣΥΝΟ ΛΟ					
A/ A	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΕΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΑΝΑΛΟΓ ΟΥΝ Φ.ΠΑ 13%	ΑΝΑΛΟΓ ΟΥΝ Φ.Π.Α 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
1	53878	ΑΥΤΟΚΟ ΛΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧ ΕΙΡΗΤΙΚ ΟΣ ΔΙΑΦΑΝ ΗΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΒΟΜ ΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ ΩΣ 100 ΧΙΛ. ΠΕΡΙΠΟ Υ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩ ΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥ ΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ.	Ο σάκκος να είναι διαφανής, με αποσπώμενο διαφανές ευλύγιστο παράθυρο ανοίγματος τουλάχιστον 90 χιλ. για επιθώρηση, ευκολία χειρισμών και εργασίας στο στόμιο. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να έχει βαλβίδα εξόδου για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Το κολλητικό να έχει καλή προσκόλληση στο δέρμα για την αποφυγή διαρροών, να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 100 ως 110 χιλ. περίπου για εφαρμογή στο μέγεθος της στομίας.	245	30	275	15,46	4.251,50	552,70	0,00	4.804,20
2	246367	ΑΥΤΟΚΟ ΛΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧ ΕΙΡΗΤΙΚ ΟΣ ΔΙΑΦΑΝ ΗΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΒΟΜ ΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ ΩΣ 70 ΧΙΛ. ΠΕΡΙΠΟ Υ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩ ΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥ ΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ.	Ο σάκκος να είναι διαφανής, με αποσπώμενο διαφανές ευλύγιστο παράθυρο ανοίγματος για επιθώρηση και εργασία στο στόμιο. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να έχει βαλβίδα εξόδου για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Το κολλητικό να έχει καλή προσκόλληση στο δέρμα για την αποφυγή διαρροών, να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 70 ως 80 χιλ. για εφαρμογή στο μέγεθος της στομίας..	245	0	245	10,6	2.597,00	337,61	0,00	2.934,61

3	53877	ΑΥΤΟΚΟ ΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝ ΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑ ΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΕΘΟ Σ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ.ΤΟΥ ΛΑΧΙΣΤ ΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος - κλεισίματος για εύκολο άδειασμα. Το κολλητικό να αποτελείται από σύγχρονα υλικά και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της ειλεοστομίας.	289	150	439	6,08	2.669,12	346,99	0,00	3.016,11
4	53874	ΑΥΤΟΚΟ ΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝ ΗΣ - ΜΕΓΕΘΟ Σ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της κολοστομίας.	290	85	375	4,57	1.713,75	222,79	0,00	1.936,54
5	53876	ΑΥΤΟΚΟ ΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜ ΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΕ ΤΕΥΣΕΩ Ν ΔΙΑΦΑΝ ΗΣ - ΜΕΓΕΘΟ Σ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ	Ο σάκος να είναι διαφανής και να διαθέτει ευλύγιστη κολλητική επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα. Να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων για την αποφυγή παλινδρόμησης των ούρων και έξοδο αδεϊάσματος που να συνδέεται σε οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην επιφάνεια επαφής με το σώμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 75 χιλ. τουλάχιστον.	290	660	950	2,5	2.375,00	308,75	0,00	2.683,75
6	65557	ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙ ΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙ ΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ ΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤ ΟΣ ΓΥΡΩ	Να περιέχει καταπραϊντικές και ενυδατικές ουσίες για τον καθαρισμό του δέρματος γύρω από το στόμιο. Να είναι σε συσκευασία από 150 ως 200ml. Να μην περιέχει οινόπνευμα.	29	0	29	6,6	191,40	24,88	0,00	216,28

		ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 150 - 200ML									
7	140956	ΕΝΥΔΑΤ ΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ ΔΑ ΞΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜ ΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤ ΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 50 - 60ML	Ενυδατική αλοιφή που να απορροφάται άμεσα από το δέρμα. Να μην αφήνει υπολείματα στο δέρμα που επηρεάζουν το κολλητικό των συστημάτων της στομίας. Να είναι σε συσκευασία από 50 ως 60gr περίπου.	110	0	110	8,3	913,00	118,69	0,00	1.031,69
8	179545	ΡΥΘΜΙΖ ΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟΜΙΑ Σ	Η ζώνη στομίας να είναι ρυθμιζόμενη. Να είναι από υλικό φιλικό προς το δέρμα (βαμβάκι), να είναι ελαστική και να εφαρμόζει σε όλες τις βάσεις (κολοστομίας, ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας)	20	0	20	6,4	128,00	16,64	0,00	144,64
9	179550	ΣΠΡΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣ ΗΣ ΚΟΛΛΗΤ ΙΚΟΥ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝ Η ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΙ ΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑ 50 - 60ML	Να αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τα κολλητικά και να διαθέτει ήπιο ψεκάσμο. Να περιέχει 100% σιλικόνη, χωρίς οινόπνευμα, ώστε να είναι φιλικό προς το δέρμα, χωρίς να προκαλεί πόνο και ερεθισμό κατά την εφαρμογή του. Να στεγνώνει αμέσως και να μην αφήνει υπολείματα. Σε συσκευασία από 50 ως 60ml.	45	0	45	17,2	774,00	100,62	0,00	874,62
10	50343	ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤ ΟΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝ Η ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΙ ΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑ 50 - 60ML	Να δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη στο δέρμα κατά την εφαρμογή του για προστασία από τα βιολογικά υγρά. Να είναι 100% από σιλικόνη και να μην περιέχει οινόπνευμα. Να στεγνώνει άμεσα και να μην επηρεάζει την κολλητικότητα των βάσεων στομίας. Να είναι σε συσκευασία από 50 ως 60 ml.	45	0	45	22,5	1.012,50	131,63	0,00	1.144,13

11	246043	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ Α 2 ΤΕΜΑΧΙ ΩΝ ΕΙΛΕΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔ Η ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΕΙΛΕΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑ ΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΤΟΣ</p>	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελεγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro, το οποίο να διπλώνεται και να κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές, μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.</p>	45	0	45	9,66	434,70	56,51	0,00	491,21
12	246044	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ Α 2 ΤΕΜΑΧΙ ΩΝ ΕΙΛΕΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔ Η ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΕΙΛΕΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑ ΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΤΟΣ</p>	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελεγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές ,μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.</p>	45	120	165	9,66	1.593,90	207,21	0,00	1.801,11

13	246045	ΣΥΣΤΗΜ Α 2 ΤΕΜΑΧΙ ΩΝ ΚΟΛΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔ Η ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤ ΟΜΙΑΣ	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην κολοστομία.</p> <p>Ο σάκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές, μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.</p>	45	0	45	8,66	389,70	50,66	0,00	440,36
14	246046	ΣΥΣΤΗΜ Α 2 ΤΕΜΑΧΙ ΩΝ ΚΟΛΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔ Η ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤ ΟΜΙΑΣ	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην κολοστομία.</p> <p>Ο σάκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές, μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.</p>	45	90	135	8,66	1.169,10	151,98	0,00	1.321,08
15	246047	ΣΥΣΤΗΜ Α 2 ΤΕΜΑΧΙ ΩΝ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜ ΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔ Η ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜ	<p>Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία.</p> <p>Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με</p>	45	0	45	9,44	424,80	55,22	0,00	480,02

		ΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣ Η ΣΕ ΟΥΡΟΣΥ ΛΛΕΚΤΗ	κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.								
16	246048	ΣΥΣΤΗΜ Α 2 ΤΕΜΑΧΙ ΩΝ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜ ΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔ Η ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜ ΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣ Η ΜΕ ΟΥΡΟΣΥ ΛΛΕΚΤΗ	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.	48	90	138	9,44	1.302,72	169,35	0,00	1.472,07
17	246049	ΣΥΣΤΗΜ Α 2 ΤΕΜΑΧΙ ΩΝ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜ ΙΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟΕΙ ΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 15 - 22 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜ ΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣ Η ΣΕ ΟΥΡΟΣΥ ΛΛΕΚΤΗ	Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του στομίου, να αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 22 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή ουλές. Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση	49	0	49	12,48	611,52	79,50	0,00	691,02

			με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.								
18	246050	ΣΥΣΤΗΜ Α 2 ΤΕΜΑΧΙ ΩΝ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜ ΙΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟΕΙ ΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 15 - 42 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧ ΙΣΤΟΝ & ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜ ΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣ Η ΣΕ ΟΥΡΟΣΥ ΛΛΕΚΤΗ	Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 42 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ουρητροστομία σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή ουλές . Ο σάκος ουρητροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.	100	80	180	12,48	2.246,40	292,03	0,00	2.538,43
19	81403	ΥΔΡΟΣΤ ΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΕΥΠΛΑΣ ΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨ Η ΑΤΕΛΕΙ ΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤ ΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ	Υδροστατική πάστα σε μορφή εύπλαστης πλαστελίνης για εύκολη χρήση. Να μην περιέχει οινόπνευμα για αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Να δημιουργεί κατά τη χρήση της επίπεδη επιφάνεια στο δέρμα, για καλύτερη εφαρμογή της βάσης και να είναι σε μορφή ατομικής συσκευασίας που να κλείνει σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί όλη η ποσότητα.	30	0	30	10,56	316,80	41,18	0,00	357,98

20	80822	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟ ΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙ ΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩ Σ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔ Α ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 2000ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 2lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.	9	165	174	1,32	229,68	0,00	55,12	284,80
21	246052	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟ ΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙ ΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩ Σ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔ Α ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 3000ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 3lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.	0	2148	2148	1,79	3.844,92	0,00	922,78	4.767,70
22	52862	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓ ΗΣ Ε.Ν.Υ	Ο ασκός συλλογής του συστήματος εξωτερικής παροχέτευσης να είναι στείρος εξαεριζόμενος ασκός συλλογής χωρητικότητας 700ml. Να είναι βαθμονομημένος ανά 50ml για ακριβείς μετρήσεις. Στο επάνω μέρος του ασκού να βρίσκεται ένα άνοιγμα ατμοσφαιρικού εξαερισμού με φίλτρο κατακράτησης μικροβίων, το οποίο διευκολύνει την ροή του ΕΝΥ μέσα στον ασκό.	45	0	45	29	1.305,00	0,00	313,20	1.618,20

23	53909	ΣΤΗΡΙΚΤ ΙΚΟ ΕΝΤΕΡΟ Υ (ΓΕΦΥΡΑ) ΓΙΑ ΣΤΟΜΙΕ Σ	Να είναι αποστειρωμένο σε σχήμα I-I. Να έχει την δυνατότητα στήριξης με ράμματα σε 4 σημεία και ασφαλές αποσπώμενο κούμπωμα. Να συνδιάζεται με όλους τους μετεγχειρητικούς σάκους και τις βάσεις.	20	0	20	4,1	82,00	10,66	0,00	92,66
24	246053	ΣΥΣΤΗΜ Α ΕΙΛΕΟΣΤ ΟΜΙΑΣ 2 ΤΕΜ. - ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔ Η 10- 65χιλ.	Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη ζώνης. Το κολλητικό να αποτελείται από δυο υλικά το ένα να προσφέρει πολύ καλή κολλητική δυνατότητα και ασφάλεια, ενώ το άλλο να φροντίζει το δέρμα και να το προστατεύει. Να κόβεται από 10 ως 65 χιλ. για να προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. Ο σάκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές ,μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.	50	18	68	11,3	768,40	99,89	0,00	868,29
25	53881	ΑΥΤΟΚΟ ΛΛΗΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ Σ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤ ΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝ ΗΣ - ΜΕΓΕΘΘ Σ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 35 ΧΙΛ. ΜΕΓΙΣΤ Ο	Ο σάκος να είναι διαφανής, μικρού μεγέθους για εφαρμογή σε νεογνά, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα για αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 35 χιλ. μέγιστο.	50	0	50	3,4	170,00	22,10	0,00	192,10
26	246070	ΑΥΤΟΚΟ ΛΛΗΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ Σ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤ ΟΜΙΑΣ - ΜΕΓΕΘΘ Σ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ 10 - 55 ΧΙΛ.	Ο σάκος να είναι διαφανής, μικρού μεγέθους για εφαρμογή σε νεογνά, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα για αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό	50	0	50	6,1	305,00	39,65	0,00	344,65

		ΜΕΓΙΣΤΟ	κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και να έχει προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10 ως 55 χιλ. μέγιστο.								
27	140946	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 55mm, ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ	Αυτοκόλλητος σάκος ουρητηροστομίας διαφανής, με ενσωματωμένο κολλητικό 2 υλικών σε σπειροειδή διάταξη, για διπλή δράση (καλή επικόλληση - προστασία του δέρματος). Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, μαλακή - εύκαμπτη έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη και μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το σώμα. Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού έως και 55mm.	399	0	399	2,65	1.057,35	137,46	0,00	1.194,81
28	50316	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΣ ΑΣ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60gr ΠΕΡΙΠΟΥ.	Υδροστατική ρευστή πάστα καράγιας για την κάλυψη επιφανειών του δέρματος γύρω από το στόμιο που έχουν κοιλότητες ή ουλές, για την καλύτερη στερέωση της βάσης και την αποφυγή διαρροών και ερεθισμών του περιβάλλοντος δέρματος γύρω από τη στομία. Συσκευασία 60gr περίπου.	20	0	20	10,56	211,20	27,46	0,00	238,66
29	246055	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 1500ml	Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα από 1,5lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας. Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια.	6	0	6	1,69	10,14	0,00	2,43	12,57

30	246056	ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧ ΕΙΡΗΤΙΚ ΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜ Α ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗ Σ	Σάκκοι μετεγχειρητικοί διάφανεις με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επι της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος velcro (για υδαρείς και στερεές κενώσεις) προς κόπη έως 90mm	10	0	10	15,46	154,60	0,00	37,10	191,70
31	246057	ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΗΛΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗ ΣΤΟΜΙΑ	Σάκκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι με εύπλαστοι κολλητική επιφάνεια για εφαρμογή σε δύσκολες ανατομικά στομίες. Με δυνατότητα αντιστροφής του κολλητικού υλικού για χρήση σε κήλες. Με βαλβίδα εξόδου που να συνδέεται απευθείας με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη προς κοπή έως 43 mm	20	0	20	6,2	124,00	0,00	29,76	153,76
32	246054	ΣΑΚΚΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤ ΡΙΚΟΙ / ΠΑΡΟΧΕ ΤΕΥΤΙΚΟ Ι ΜΕ ΣΥΣΤΗΜ Α ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗ Σ	Σάκκοι παιδιατρικοί/ παροχτευτικοί με φίλτρο κράτησης οσμών, με δυνατότητα κοπής σε οβάλ σχήμα για καλύτερη εφαρμογή. Να μην έχει οπή έναρξης ώστε να επιτρέπει να γίνει κοπή σε οποιοδήποτε σημείο του κολλητικού. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος με velcro.	10	0	10	6,02	60,20	7,83	0,00	68,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α = 38.407,78€								33.437,40	3.609,98	136040	38.407,78

1. Για τους όλους τους σάκους αναρρόφησης τα κάνιστρα να είναι ΔΩΡΕΑΝ.2. Οι Σάκοι αναρρόφησης να συνοδεύονται επί πλέον με τροχήλατες βάσεις στήριξης μετά από συνεννόηση με τα αντίστοιχα τμήματα των Νοσοκομείων του ΠΑΓΝΗ και του Γ.Ν -"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" και οι οποίες τροχήλατες βάσεις στήριξης , επίσης να είναι ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	
ΕΙΔΟΣ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7^η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Δ/ση Λεωφ. Κνωσσού

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την του μηνός....., οι υπογράφωντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και από το άλλο μέρος η Εταιρεία Δ/ση Τηλ.....Fax., ΑΦΜ , ΔΟΥ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ και του πρακτικού του Δ.Σ....., ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και

συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την προμήθεια που κατακυρώθηκε με την απόφαση του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν.«BENIZEΛΕΙΟ».

Με την με αριθ.-/...-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ» κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 21./06/2017 σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης με αριθ. 28/06/2017 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. σε βάρος του **ΚΑΕ 1311 & CPV: 33141600-6** Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης).

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη Νοσοκομείου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα επιτροπή, από τα Νοσοκομεία στις αποθήκες του Νοσοκομείων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές, με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.έγγραφο Προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας , ποσού τωνευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής της.

ΑΡΘΡΟ 10

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδειχεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία(3) πρωτότυπα.

Ένα(1) από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. «BENIZΕΛΕΙΟ, Ένα για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ