

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ)	Κύκλωμα αναπνοών με ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και αισθητήρα ροής. Να συνοδεύεται με πιστοποιητικό συμβατότητας με τον αναπνευστήρα DRAGER OXYLOG 2000 PLUS από το κατασκευαστικό οίκο επί ποινής απόρριψης.
2	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Οδηγός/κηρίο αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα από ενισχυμένο πλαστικό μη ερεθιστικό,ευκαμπτοι, να διατηρούν την προσχηματισμένη γωνίωσή τους κατά την εισαγωγή, ατραυματικοί μεγάλου μήκους πολλαπλών χρήσεων με κεκαμένο ακρο ,να υπάρχει βαθμονόμηση ανα εκατοστό,να είναι αποστειρωμένοι. ΌΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ. Να διαθέτει εσωτερικό κανάλι για την χορήγηση O2.
3	ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ BOUGIE BOUSSIGNAC	Οδηγός για δύσκολη διασωλήνωση Bougie Boussignac με κυρτό άκρο και με ειδικό συνδετικό για δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου όταν απαιτείται. Να διαθέτει εσωτερικά δύο κανάλια, ένα για την παροχή οξυγόνου και ένα με πολλαπλές οπές για την αποσυμπίεση και την αποφυγή βαροτραύματος στον ασθενή. Να προσφερθεί σε μεγέθη ενηλίκων(6mm- 11mm ενδοτραχειακούς), σε μήκη 70 εκατοστών αντίστοιχα. Να είναι βαθμονομημένος κάθε 10 εκατοστά . Να είναι LATEX-FREE/DEHP-FREE, μ.χ. αποστειρωμένος
4	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ 50 ΜΕΤΡΩΝ	Σωλήνες σπιδράλ 50 μέτρων με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς.
5	ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ	Φίλτρα αναισθησίας παιδιατρικά με ηλεκτροστατική μεμβράνη φιλτραρίσματος με ενσωματωμένο εναλλάκτη ύγρανσης-θέρμανσης. Να έχουν αντιμικροβιακή/αντιβακτηριδιακή δράση μεγαλύτερη από 99,99%, και να έχουν απόδοση ύγρανσης τουλάχιστον 30 mg σε αναπνευστικό όγκο 100 ml και να φέρουν οπή για μέτρηση καπνογραφίας. Να είναι μικρού βάρους μικρότερου από 15g, νεκρού όγκου μικρότερου των 15 ml, χαμηλής αντίστασης ροής και να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από 50 ml έως 250 ml περίπου. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά να πιστοποιούνται από το προσпέκτους του κατασκευαστή. Να είναι αποστειρωμένα, μίας χρήσης και ελεύθερα από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας.