

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΜΕΜΒΡΑΝΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (M2)	ΑΠΟΣΤΟΡΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α	ΚΥΦ	ΚοΑ ΟΥΡΙΑΣ
1	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ vitasulfone υψηλης ροης Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2,2	ELECTRON BEAM	A2	32,7	1742
2	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε	2,1	Γ ακτινοβολίας	A2	104	1341
3	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ POLYNEPHRON Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2,5	ΞΗΡΑ Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	A2	93	2269
4	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ rexbrane ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΓΕΛΗΣ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2,5	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	A2	104	1771
5	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ rexbrane ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΓΕΛΗΣ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2,1	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	A2	93	1527
6	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΡΥΛΑΙΝΗΣ (polyster polymere alloy, PEPA)	2.1	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	A2	64	1010
7	Τροποποιημενη Πολυαιθερικη σουλφονη τυπου Herl	2	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	A2	52	1487
8	Πολυαιθερικη σουλφόνη τύπου amical ή ισοδύναμο	2,2	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	A2	72	1770

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ rexbrane ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΓΕΛΗΣ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2.1	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	B2	18	1351
10	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ vitasulfone Χαμηλής Ροής	1,8	ELECTRON BEAM	B2	14,4	1011
11	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ vitasulfone ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2.2	ELECTRON BEAM	B2	15	1492
12	Τροποποιημενη Πολυαιθερική σουλφονη τυπου Herpl	2	Γ ΑΚΤΟΝΟΒΟΛΙΑ	B2	18	629
13	Πολυαιθερική σουλφόνη τύπου amical ή ισοδύναμο	2,2	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	B2	33	1568
14	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΞΟΝΗ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	1.8	ΑΤΜΟΣ	B2	14	976
15	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ purema	2	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	B2	26	1027

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

16	Φίλτρα αιμοπροσρόφησης	Με ουδέτερη μεγάλων πόρων 3D προσροφητική ρητίνη τεχνολογίας δευτερεύουσας εγκάρσιας σύνδεσης secondary cross linking από polycarbonate και προσροφητικό υλικό συμπολυμερή στυρολίου- διβινυλβενζολίου (styrene divinylbenzene copolymers) με ικανότητα προσρόφησης ουραιμικών τοξινών μέσου μοριακού βάρους καθώς και συνδεδεμένων με πρωτεΐνες. Το φίλτρο να επιτυγχάνει ροή αίματος 200- 250ml/min, όγκο πλήρωσης 110+5ml και χωρητικότητα - όγκο απορρόφησης 130+3ml.H			
----	------------------------	--	--	--	--

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

			μέθοδος αποστείρωσης να είναι η γ ακτινοβολία. Τα φίλτρα να συνοδεύονται από ειδικές γραμμές σύνδεσης.			
--	--	--	---	--	--	--