

		ΟΜΑΔΑ 1
		<p>Τα είδη της ομάδας 1 να εξασφαλίζουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> . συμβατότητα βελόνας-πεταλούδας με το σωληνάριο . σωστή και εύκολη διάτρηση του φιαλιδίου . σωστή πλήρωση για να διασφαλίζεται η αναλογία αίματος - αντιπηκτικού . δυνατότητα λήψης μεγαλύτερης ποσότητας αίματος κατά περίπτωση . προστασία εργαζομένων.
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ. LUER ADAPTOR 21G X 3/4 ΤΥΠΟΥ VACUTAINER	<p>Πεταλούδες αιμοληψίας 21G X 3/4, ασφαλείας με εύκαμπτο σωληνάκι. Να διαθέτουν ενσωματωμένη βελόνα στο άκρο για τη διάτρηση σωληναρίων κενού Vacutainer. Η βελόνα διατρήσεως είναι κενού ευθείας εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή του αίματος και την αποφυγή αιμόλυσης. Να συνοδεύεται από υποδοχέα σωληναρίων ο οποίος θα είναι συμβατός με τα σωληνάκια κενού αέρος. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό. Αποστειρωμένες, μιας χρήσης με ένδειξη CE ΚΑΙ REF.</p>
2	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ. LUER ADAPTOR 23G X 3/4 ΤΥΠΟΥ VACUTAINER	<p>Πεταλούδες αιμοληψίας 23G X 3/4, ασφαλείας με εύκαμπτο σωληνάκι. Να διαθέτουν ενσωματωμένη βελόνα στο άκρο για τη διάτρηση σωληναρίων κενού Vacutainer. Η βελόνα διατρήσεως είναι κενού ευθείας εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή του αίματος και την αποφυγή αιμόλυσης. Να συνοδεύεται από υποδοχέα σωληναρίων ο οποίος θα είναι συμβατός με τα σωληνάκια κενού αέρος. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό. Αποστειρωμένες, μιας χρήσης με ένδειξη CE ΚΑΙ REF.</p>
3	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΠΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 6 mL	<p>Τα σωληνάκια να είναι από διαυγές υλικό ,αποστειρωμένα μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13X100mm ανθεκτικής κατασκευής συνολικού όγκου 7ml και να μην περιέχουν αντιπηκτικό, να περιέχουν επιταχυντή πήξεως ψεκασμένο στα τοιχώματα, να έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 6ml, να φέρουν πώμα ασφαλείας και ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστείρωσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς. Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου.</p>
4	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ -ΑΘΡΑΥΣΤΑ-, ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13X100 6mL	<p>Τα σωληνάκια να είναι από διαυγές υλικό, αποστειρωμένα μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13X100mm-, ανθεκτικής κατασκευής που να περιέχουν ως αντιπηκτικό : 10,8mg ξηρό EDTA K3 ή K2 ψεκασμένο στα τοιχώματα (Κατάλληλο για μοριακό έλεγχο του αίματος). Να έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 6ml. Να αναγράφεται η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Να φέρουν πώμα ασφαλείας, ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστείρωσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς. Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου. .</p>

5	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΔΡΑΝΕΣ, GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ (LIFT-OFF) ΠΩΜΑ, ΟΓΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 3,5-4 & 5 mL	Τα Σωληνάρια κενού για βιοχημικό έλεγχο να είναι 3-4 ml διαστάσεων 13x75 αποστειρωμένα πλαστικά άθραυστα με πώμα ασφαλείας με gel διαχωρισμού σε υδροδυναμική μορφή για βέλτιστο διαχωρισμό ιδιαίτερα χρήσιμα για δείγματα ασθενών με ειδικές θεραπείες (ογκολογικούς, αιματολογικούς, ΜΕΘ ασθενείς, κ.α.) Να αναγράφεται η μέθοδος αποστείρωσης, CE, REF, ημερομηνία λήξης και χώρα κατασκευής. Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου.
6	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ), ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 mL	Φιαλίδια γενική αίματος 13X75 MM - 3 ML, με EDTA K2 ή K3 κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η ημερομηνία λήξης και η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου.
7	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 3 - 3,5mL	Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ή από γυαλί ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, και η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, ολικής χωρητικότητας 3-3,5 mL με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm
8	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 8-10 mL	Σωληνάρια κενού για τον ορολογικό έλεγχο αίματος, χωρίς αντιπηκτικό, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού σε υδροδυναμική μορφή (για καλύτερο και ταχύτερο διαχωρισμό), χωρητικότητας 8-10ml, διαστάσεων 16X100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm, με ένδειξη πλήρωσης,, να υπάρχει ετικέτα για τα στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται CE, LOT παραγωγής, REF και ημερομηνία λήξης. . Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου.
9	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ 250-500 µl	Σωληνάρια γενικής αίματος για νεογνά, χωρητικότητας 250-500 µl, με αντιπηκτικό K2 EDTA 1,0mg διαστάσεων 13x75mm, με πώμα ασφαλείας συμβατό με αυτόματους δειγματολήπτες των αιματολογικών αναλυτών του νοσοκομείου, καθώς και των αναλυτών T.K.E. που μπορούν να δεχτούν φιαλίδιο γενικής αίματος. Με σκαφάκι συλλογής αίματος και ένδειξη πλήρωσης. Να αναγράφεται στο σωληνάριο το REF, η ημερομηνία λήξης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής. Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου.
10	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ LITHIUM HEPARIN, ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2mL	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ LITHIUM HEPARIN, ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 mL Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου.

11	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM OXALATE, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 mL	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM OXALATE, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 mL Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου.
12	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 2mL	Σωληνάρια μέτρησης πήξης αίματος (χρόνου προθρομβίνης) με sodium citrate (3,2%) ολικής χωρητικότητας 2 ml, συνθετικά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως, ολικής πλήρωσης με πιεστό πώμα ασφαλείας που καλύπτει το σωληνάριο κατά 2cm, με διπλό τοίχωμα, με διάσταση 13X75 mm. Να αναγράφονται στην ετικέτα CE, REF, LOT, συγκέντρωση αντιπηκτικού και ημερομηνία λήξεως. Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου.