

Προγεμισμένες σύριγγες έκπλυσης καθετήρων με φυσιολογικό ορό (0,9% Na Cl) που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Να διατίθενται σε όγκους 3-5-10 ml
- Όλα τα μεγέθη να έχουν σταθερή διατομή 10ρας σύριγγας ώστε να ελαχιστοποιείται η πίεση του υγρού που εισέρχεται στον καθετήρα.
- Να μειώνουν την ανάγκη χρήσης βελονών για μεταφορά ορού από αμπούλα σε σύριγγα (μείωση τρυπημάτων).Ελαχιστοποίηση χρόνου της διαδικασίας έκπλυσης καθετήρα, καθώς και ελαχιστοποίηση πιθανότητας χρήσης λάθος υγρού για την έκπλυση καθετήρα.
- Να δίνεται η δυνατότητα χρήσης του υλικού και σε στείρο περιβάλλον σε όλα τα μεγέθη,(3-5-10ml).
- Να διαθέτουν ειδική ασφάλεια στο εσωτερικό τους ώστε να μην έχουν διαρροές του περιεχόμενου υγρού κατά την μεταφορά και την αποθήκευση.
- Μέθοδος αποστείρωσης ατμός και η διάρκεια αποστείρωσης τουλάχιστον 3 χρόνια.
- Η συσκευή να περιέχει βιδωτό καπάκι luer lock,που να δίνει τη δυνατότητα μερικού ξεβιδώματος για αποβολή αέρα.
- Το ελαστικό παρέμβυσμα της σύριγγας να αποτελείται από 2-3 ειδικούς δακτυλίους κατασκευασμένους από ελαστομερές υλικό ,προς εξασφάλιση της στεγανότητας και στειρότητας της συσκευής.
- Το έμβολο της σύριγγας να μην μπορεί να τραβηχτεί προς τα πίσω μετά το τέλος της έκπλυσης, ώστε να παρέχει ΜΗΔΕΝΙΚΗ αναρροή αίματος προς αποφυγή δημιουργίας θρόμβων.
- Latex free, PVC free
- Classification Ιατρική συσκευή κατηγορίας III σύμφωνα με τον Κανόνα 13,Παράρτημα IX της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για τις ιατρικές συσκευές ,όπως έχει τροποποιηθεί.