ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ MAJ-210 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να είναι κατάλληλες για βρογχοσκόπια OLYMPUS

Στη συσκευασία να αναγράφεται ότι το υλικό δύναται να χρησιμοποιηθεί μια μόνο φορά.

Να εμπεριέχονται στη συσκευασία αναλυτικές οδηγίες χρήσης και απόρριψης μετά τη χρήση.

Σύνολο βρογχοσκοπήσεων ~ 70/έτος απαιτούμενα τμχ ανά βρογχοσκόπηση 1.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (MAJ-209 και MAJ 207)

Να είναι κατάλληλες για βρογχοσκόπια OLYMPUS

Στη συσκευασία να αναγράφεται ότι το υλικό δύναται να χρησιμοποιηθεί για μια μόνο φορά.

Να εμπεριέχονται στη συσκευασία αναλυτικές οδηγίες χρήσης και απόρριψης μετά τη χρήση.

Σύνολο βρογχοσκοπήσεων ~ 70/έτος απαιτούμενα τμχ ανά βρογχοσκόπηση 1.