ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΜΕΜΒΡΑΝΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Μ2)	ΑΠΟΣΤΟΡΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α	KUF	KoA ΟΥΡΙΑΣ
1	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ vitasulfone υψηλης ροης Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2,2	ELECTRON BEAM	Α2	32,7	1742
2	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε	2,1	Γ ακτινοβολίας	Α2	104	1341
3	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ POLYNEPHRON Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2,5	ΞΗΡΑ Γ ΑΚΤΟΝΟΒΟΛΙΑ	Α2	93	2269
4	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ rexbrane ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΓΕΛΗΣ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2,5	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Α2	104	1771
5	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ rexbrane ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΓΕΛΗΣ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2,1	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Α2	93	1527
6	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΡΥΛΑΙΝΗΣ (polyster polymere alloy, PEPA)	2.1	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Α2	64	1010
7	Τροποποιημενη Πολυαιθερικη σουλφονη τυπου Hepl	2	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Α2	52	1487
8	Πολυαιθερική σουλφόνη τύπου amical ή ισοδύναμο	2,2	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Α2	72	1770

9	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ rexbrane ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΓΕΛΗΣ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2.1	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Β2	18	1351
10	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ vitasulfone Χαμηλής Ροής	1,8	ELECTRON BEAM	Β2	14,4	1011
11	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ vitasulfone ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2.2	ELECTRON BEAM	Β2	15	1492
12	Τροποποιημενη Πολυαιθερικη σουλφονη τυπου Hepl	2	Γ ΑΚΤΟΝΟΒΟΛΙΑ	Β2	18	629
13	Πολυαιθερική σουλφόνη τύπου amical ή ισοδύναμο	2,2	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Β2	33	1568
14	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΞΟΝΗ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	1.8	ΑΤΜΟΣ	Β2	14	976
15	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΤΥΠΟΥ purema	2	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Β2	26	1027
16	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Β2	11	956
17	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ NEFRX	2,4	Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	Β2	47	3594

18	Φίλτρα αιμοπροσρόφησης με ουδέτερη μεγάλων πόρων 3D προσροφητική ρητίνη τεχνολογίας δευτερεύουσας εγκάρσιας σύνδεσης secondary cross linking από polycarbonate και προσροφητικό υλικό συμπολυμερή στυρολίου-διβινυλβενζολίου (styrene divinylbenzene copolymers) με ικανότητα προσρόφησης ουραιμικών τοξινών μέσου μοριακού βάρους καθώς και συνδεδεμένων με πρωτεΐνες. Το φίλτρο να επιτυγχάνει ροή αίματος 200-250ml/min, όγκο πλήρωσης 110+5ml και χωρητικότητα -όγκο απορρόφησης 130+3ml.Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι η γ ακτινοβολία. Τα φίλτρα να συνοδεύονται από ειδικές γραμμές σύνδεσης.		.			